


FRED PA-1[®]

Automatisierter externer Defibrillator (AED)



Gebrauchsanweisung



SCHILLER

The Art of Diagnostics



Verkaufs- und Service-Informationen


SCHILLER besitzt ein weltweites Netz von Kundendienst-, Verkaufs- und Beratungsstellen. Fragen Sie bei der nächsten SCHILLER-Niederlassung nach Ihrer lokalen Vertretung.

Eine vollständige Liste aller Vertretungen und Niederlassungen finden Sie auf unserer Internet-Site:

<http://www.schiller.ch>

Verkaufsinformationen erhalten Sie ausserdem unter:

sales@schiller.ch


Hersteller und verantwortlich für die  0459-Kennzeichnung (erste Konformitätserklärung Oktober 2015)



SCHILLER Medizintechnik GmbH
Otto-Lilienthal-Ring 4
85622 Feldkirchen
Deutschland

Telefon: +49-(0)89-62 99 81-0
Fax: +49-(0) 89-6 09 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de

Artikel-Nr.: 0-48-0241 Ver.: c
Ausgabedatum: 14.02.18
Entspricht: EN Vers. c
Software: ≥ 03



SCHILLER

The Art of Diagnostics

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Sicherheitshinweise | 5 |
| 1.1 | Anwenderprofil | 5 |
| 1.2 | Verantwortung des Betreibers | 5 |
| 1.3 | Bestimmungsgemässe Verwendung | 5 |
| 1.4 | Kontraindikationen | 6 |
| 1.5 | Organisatorische Massnahmen | 6 |
| 1.6 | Sicherheitsbewusstes Arbeiten | 6 |
| 1.7 | Betrieb mit anderen Geräten | 7 |
| 1.8 | Wartung und Reinigung | 7 |
| 1.9 | Allgemeine Hinweise zum Gerät | 7 |
| 1.10 | Zusätzliche Bestimmungen | 8 |
| 1.10.1 | Implizite Genehmigung | 8 |
| 1.10.2 | Garantiebestimmungen | 8 |
| 1.11 | Symbole | 9 |
| 1.11.1 | In dieser Gebrauchsanweisung verwendete Symbole | 9 |
| 1.11.2 | Verwendete Symbole am Gerät | 9 |
| 1.11.3 | Auf der Batterie verwendete Symbole | 10 |
| 1.11.4 | Auf der Elektrodenverpackung verwendete Symbole | 11 |
| 2 | Aufbau und Funktion | 12 |
| 2.1 | Allgemeine Hinweise | 12 |
| 2.2 | Aufbau | 13 |
| 2.2.1 | Übersicht der konfigurierbaren Grössen | 14 |
| 2.3 | Bedienungs- und Anzeigeelemente | 15 |
| 2.3.1 | Übersicht FRED PA-1 | 15 |
| 2.3.2 | Bedienungs- und Anzeigeelemente | 16 |
| 2.4 | Funktion | 17 |
| 3 | Inbetriebnahme | 18 |
| 3.1 | Einsetzen der Batterie | 18 |
| 3.1.1 | Notfallnummer anbringen | 19 |
| 3.1.2 | Gerät ein- und ausschalten | 20 |
| 3.2 | Überwachung der Batterie | 21 |
| 3.2.1 | Ausreichender Batterieladestand | 21 |
| 3.2.2 | Anzeige "Niedrige Batteriekapazität" | 21 |
| 3.2.3 | Batterie leer während der Verwendung, limitierter Betrieb (HLW) ... | 22 |
| 3.3 | Vorangeschlossene Elektroden ersetzen | 23 |
| 3.3.1 | Elektroden anschliessen | 23 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 4 | Defibrillation | 24 |
| 4.1 | Anwendungsregeln und Sicherheitshinweise | 24 |
| 4.1.1 | Anwendungsregeln | 24 |
| 4.1.2 | Sicherheitshinweise für die Nutzung eines AED | 24 |
| 4.2 | Anbringen der Klebeelektroden | 26 |
| 4.2.1 | Allgemeine Informationen | 26 |
| 4.2.2 | Elektroden auspacken und anbringen | 26 |
| 4.2.3 | Aufkleben der Elektroden auf der Brust des Patienten | 27 |
| 4.2.4 | Überprüfung der Elektroden..... | 29 |
| 4.3 | Halbautomatische Defibrillation | 30 |
| 4.4 | Automatische Defibrillation | 32 |
| 4.4.1 | Funktionsbeschreibung automatischer AED | 32 |
| 4.4.2 | Sicherheitshinweise zur automatischen Defibrillation | 32 |
| 4.5 | Interne Sicherheitsentladung | 35 |
| 4.6 | Beenden der Therapie | 35 |
| 4.7 | Batterie ersetzen..... | 35 |
| 5 | Übertragung | 36 |
| 5.1 | Interventionsdaten abrufen | 36 |
| 6 | Wartung | 37 |
| 6.1 | Wartungsintervalle | 37 |
| 6.1.1 | Befreiung von der technischen Sicherheitsüberprüfung | 38 |
| 6.1.2 | Lebensdauer/Lagerfähigkeit | 38 |
| 6.1.3 | Optische Prüfung des Gerätes und des Zubehörs..... | 39 |
| 6.1.4 | Status-LED..... | 40 |
| 6.1.5 | Funktionsprüfung | 40 |
| 6.2 | Reinigung und Desinfektion | 41 |
| 6.3 | Zubehör und Verbrauchsmaterial | 42 |
| 6.3.1 | Bestellinformationen | 42 |
| 6.3.2 | Erforderliches Zubehör | 42 |
| 6.4 | Entsorgung..... | 43 |
| 6.4.1 | Entsorgung Batterie | 43 |
| 6.4.2 | Entsorgung des Zubehörs mit Patientenkontakt..... | 43 |
| 6.4.3 | Entsorgung am Ende der Nutzungsdauer..... | 43 |
| 6.5 | Fehlerbehebung..... | 44 |
| 6.5.1 | Fehlermeldungen | 44 |
| 6.5.2 | Fehlerbehebung..... | 46 |
| 6.5.3 | Massnahmen zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen | 47 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 7 | Technische Daten | 48 |
| 7.1 | Systemdaten | 48 |
| 7.2 | Klassifizierung und Sicherheitsstandard | 49 |
| 7.3 | Defibrillationsimpuls | 50 |
| 7.3.1 | Shock Advisory System | 52 |
| 7.4 | Elektromagnetische Störungen | 54 |
| 7.4.1 | Elektromagnetische Emissionen | 54 |
| 7.4.2 | Elektromagnetische Störfestigkeit | 54 |
| 7.4.3 | Empfohlene Abstände | 56 |
| 7.5 | Literatur | 57 |
| 7.6 | Glossar | 57 |
| 7.7 | Inspektionsprotokoll | 58 |
| 8 | Index | 59 |

1 Sicherheitshinweise

1.1 Anwenderprofil

Folgende Personen dürfen den **FRED PA-1®** anwenden:

- in Frühdefibrillation ausgebildete Personen
- andere Personen die nicht in der Defibrillation ausgebildet sind, sofern Sie die gesprochenen und angezeigten Anweisungen verstehen und Sie ihnen folgen können.



Auch wenn nicht ausgebildete Personen das Gerät einsetzen dürfen, empfehlen wir eine Einführung oder Schulung.

1.2 Verantwortung des Betreibers



- ▲ Wer im Einzelnen Geräte wie den **FRED PA-1®** anwenden darf und welche Schulung ggf. vorausgesetzt wird, ist von Land zu Land unterschiedlich. In jedem Fall sind die diesbezüglichen rechtlichen Grundlagen unbedingt zu beachten.
- ▲ Vor der Inbetriebnahme des Geräts muss ein Vertreter des Unternehmens SCHILLER die Funktionsweise des Geräts vorgestellt haben und, wenn es die lokalen Vorschriften erfordern, die Sicherheitsmassnahmen erläutert haben.
- ▲ Jegliche Befundhinweise des Gerätes müssen immer im Zusammenhang mit dem allgemeinen Zustand des Patienten und der Qualität der aufgezeichneten Daten betrachtet werden.
- ▲ Beschädigte oder fehlende Teile müssen sofort ersetzt werden.
- ▲ Das Gerät ist für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
- ▲ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäss und achten Sie darauf, dass es Kindern nicht zugänglich ist.
- ▲ Der **FRED PA-1®** ist ein Notfallgerät, das jederzeit und unter allen Umständen einsatzbereit sein muss. Stellen Sie sicher, dass:
 - sich stets eine ausreichend geladene Batterie im Gerät befindet.
 - Die leere Batterie darf nicht wiederverwendet werden und muss sofort entsorgt werden.
 - Ein Satz Erwachsenen- oder Kinderelektroden ist bereits vorangeschlossen und ein Reserve-Satz kann zusätzlich am Gerät verstaut werden.

1.3 Bestimmungsgemässe Verwendung



- ▲ Der **FRED PA-1®** ist ein automatisierter externer Defibrillator (AED), der für die Behandlung von Kammerflimmern (KF) und Kammertachykardie (KT) verwendet wird.
- ▲ Das Gerät kann mit den entsprechenden Elektroden bei Erwachsenen und Kindern angewendet werden.
- ▲ Das Gerät darf nur eingesetzt werden, wenn folgende Symptome festgestellt worden sind:
 - nicht ansprechbar
 - keine Atmung
 - kein Puls

1.4 Kontraindikationen



- ▲ Der Defibrillator darf **nicht** eingesetzt werden wenn die Person:
 - ansprechbar ist
 - normal atmet
 - Puls hat
- ▲ Verwenden Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe von MR-Tomographen.
- ▲ **Explosionsgefahr!** - Das Gerät ist nicht für den Einsatz an Orten vorgesehen, wo ein Explosionsrisiko besteht. Ein Bereich kann einem Explosionsrisiko ausgesetzt sein, wenn dort brennbare Produkte (Benzin), brennbare Anästhetika, Produkte für die Reinigung/Desinfektion der Haut verwendet werden oder der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft grösser als 25 % ist.
- ▲ Der FRED PA-1 darf nicht in Krankenwagen und Rettungsfahrzeugen verwendet werden.

1.5 Organisatorische Massnahmen



- ▲ Das Gerät darf erst in Betrieb genommen werden, wenn seine Funktionen und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen erklärt und verstanden worden sind.
- ▲ Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung stets griffbereit am Einsatzort des Geräts auf. Achten Sie darauf, dass sie stets vollständig und lesbar ist.


1.6 Sicherheitsbewusstes Arbeiten



- ▲ **Elektroschockgefahr!** Gefahr für Anwender, Helfer und Patienten. Die abgegebene Energie kann durch den Patienten auf andere Personen geleitet werden, die dadurch einen tödlichen Elektroschock erhalten können. Darum:
 - den Patienten, die Elektroden oder andere leitende Gegenstände während der Defibrillation nicht berühren.
 - den Patienten nicht in einer Wasserpfütze oder auf anderen leitenden Unterlagen defibrillieren,
 - das Gerät ausschalten, wenn es nicht mehr gebraucht wird.
- ▲ **Explosionsgefahr!** - Das Gerät ist nicht für den Einsatz an Orten vorgesehen, wo ein Explosionsrisiko besteht. Ein Bereich kann einem Explosionsrisiko ausgesetzt sein, wenn dort brennbare Produkte (Benzin), brennbare Anästhetika, Produkte für die Reinigung/Desinfektion der Haut verwendet werden oder der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft grösser als 25 % ist.
- ▲ Veränderungen, einschliesslich Veränderungen des Betriebsverhaltens, welche die Sicherheit beeinträchtigen, müssen sofort dem Verantwortlichen gemeldet werden.
- ▲ Nur Original-SCHILLER-Klebeelektroden am Gerät anschliessen.
- ▲ Stellen Sie sicher, dass das Gerätegehäuse und die Elektrodenanschlussbuchse unbeschädigt sind.
- ▲ Lesen Sie nach dem Einsatz das Kapitel [6 Wartung](#).
- ▲ Beschädigtes Gerät, Kabelverbindungen und Anschlüsse sofort austauschen.
- ▲ Beim Betreiben von Geräten mit defektem Gehäuse oder mit defekten Kabeln besteht Gefahr für Leib und Leben des Patienten oder Betreibers.
- ▲ Das Gerät immer entsprechend den angegebenen technischen Daten betreiben.

1.7 Betrieb mit anderen Geräten



- ▲ Magnetische und elektrische Felder von Röntgengeräten, Tomographen, tragbare Kommunikationsgeräte, HF-Funkgeräte sowie Geräte mit dem Symbol  können sich auf die Funktion dieses Gerätes auswirken (siehe Kapitel 7.4). Vermeiden Sie den Gebrauch von solchen Geräten oder halten Sie von solchen Geräten ausreichend Abstand.
- ▲ **FRED PA-1[®]** ist nicht für den gleichzeitigen Einsatz mit chirurgischen Hochfrequenz-Geräten konzipiert.
- ▲ Funktionsstörungen anderer Geräte: Durch das Laden der Energie und Abgeben des Defibrillationsimpulses können andere Geräte gestört werden. Führen Sie bei diesen Geräten vor der weiteren Anwendung eine Funktionskontrolle durch.

1.8 Wartung und Reinigung



- ▲ **Elektroschockgefahr!** Das Gerät nicht öffnen. Es enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Servicearbeiten sind nur von qualifiziertem Servicepersonal durchzuführen.
- ▲ Vor der Reinigung das Gerät ausschalten und die Batterie entfernen.
- ▲ Keine Hochtemperatur-Sterilisation durchführen (wie zum Beispiel Autoklavieren). Keine Elektronenstrahlen- oder Gammastrahlen-Sterilisation durchführen.
- ▲ Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden.
- ▲ Unter keinen Umständen dürfen das Gerät oder die Kabel in eine Reinigungsflüssigkeit eingetaucht werden.
- ▲ Verwenden Sie ausschliesslich Original-SCHILLER-Zubehör um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten. Das Verwenden von Fremdzubehör liegt in der Verantwortung des Anwenders. Es bestehen keine Gewährleistungsansprüche für Schäden infolge Verwendung von ungeeignetem Fremdzubehör und -verbrauchsmaterial.

1.9 Allgemeine Hinweise zum Gerät



Bei einigen Krankheitsbildern kann es sein, dass die Defibrillation nicht erfolgreich ist.

1.10 Zusätzliche Bestimmungen

1.10.1 Implizite Genehmigung

Der Besitz oder Erwerb dieses Geräts erteilt keine ausdrückliche oder implizite Genehmigung, dieses Gerät mit Ersatzteilen zu benutzen, die alleine oder in Kombination mit diesem Gerät in den Bereich eines oder mehrerer mit diesem Gerät verknüpften Patente fielen.

1.10.2 Garantiebestimmungen

Für Ihr SCHILLER **FRED PA-1**[®] besteht gemäss AGBs eine Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler. Davon ausgenommen sind Schäden, die durch Unachtsamkeit oder unsachgemässen Gebrauch verursacht werden. Die Garantie erstreckt sich auf den kostenlosen Ersatz des defekten Teils. Eine Haftung für Folgeschäden ist dabei ausgeschlossen. Der Garantieanspruch entfällt, wenn Reparaturversuche durch nicht autorisierte oder unqualifizierte Personen vorgenommen werden.

Im Falle eines Defekts ist das beanstandete Gerät an die nächste SCHILLER-Vertretung oder direkt an den Hersteller zu senden. Der Hersteller ist nur dann für die Sicherheit, Verlässlichkeit und Leistungsfähigkeit des Geräts haftbar zu machen, und hat die Garantie für dieses zu gewährleisten, wenn:

- Montagearbeiten, Ergänzungen, Neueinstellungen, Modifikationen oder Reparaturen von Personen durchgeführt werden, die von ihm hierzu ermächtigt sind,
- die für Montage, den Ausbau, neue Einstellungen, Änderungen oder Reparaturen verwendeten Teile von SCHILLER entweder empfohlen oder geliefert werden, und
- der **FRED PA-1**[®] sowie die zugelassenen Zubehörteile entsprechend den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.



Es werden keine weiteren Garantien übernommen. SCHILLER übernimmt keine Garantie für die gewerbliche Nutzungsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck des Produktes oder der Produktkomponenten.

1.11 Symbole

1.11.1 In dieser Gebrauchsanweisung verwendete Symbole

Die Gefahrenstufen sind gemäss ANSI Z535.6 klassifiziert. Die folgende Übersicht zeigt die in diesem Handbuch verwendeten Sicherheitssymbole und Piktogramme. Die in dieser Gebrauchsanweisung erscheinenden Begriffe Gefahr, Warnung und Vorsicht machen auf Risiken aufmerksam und informieren über die potentielle Gefahrenstufe. Machen Sie sich mit diesen Definitionen und Bedeutungen vertraut.



Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tode führen kann.



Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tode führen könnte.



Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen führen könnte. Kann auch als Warnung vor Sachschäden verwendet werden.



Für generelle Sicherheitshinweise wie in diesem Kapitel aufgeführt.



Für elektrische Gefahren, Warnungen oder Vorsichtsmassnahmen im Umgang mit der Elektrizität.



Für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.

1.11.2 Verwendete Symbole am Gerät



BF-Symbol. Der Gerätesignaleingang ist defibrillationsfest.



Vorsicht! Hochspannung!



CE-0459 Kennzeichnung (zugelassene Stelle LNE/G-MED)



FRED PA-1[®] und Zubehör nicht mit dem Hausmüll entsorgen.



Symbol zur Erkennung des Herstellers und des Herstelldatums




Gebrauchsanweisung beachten

1.11.3 Auf der Batterie verwendete Symbole



Die Batterie ist wiederverwertbar



Nicht aufladen



Nicht kurzschliessen




Nicht verbrennen



Nicht zersägen



Nicht zertrümmern



Die normale Lagertemperatur und die zulässige Dauer ausserhalb dieses Temperaturbereiches sind im Kapitel [7 Technische Daten aufgelistet](#).



Batterie nicht in den Hausmüll werfen.




Gebrauchsanweisung beachten



Verfallsdatum der Batterie

1.11.4 Auf der Elektrodenverpackung verwendete Symbole




- Kleider öffnen
- Elektrodenverpackung öffnen
- Schutzfolie abziehen



Nur für einmaligen Gebrauch bestimmt, nicht wiederverwenden



Verpackung nicht knicken



Lagertemperatur Elektroden



Verfallsdatum der Defibrillationselektroden



Ein geöffneter Beutel darf nicht länger als einen Tag aufbewahrt werden.



Nicht der Sonne aussetzen



Enthält kein Latex



Nicht dem Regen aussetzen



Die Gebrauchsanweisung zu Rate ziehen



Symbol zur Erkennung des Herstellers und des Herstelldatums



CE-0408-Kennzeichnung der benannten Stelle



Verwendung nur durch einen Arzt, auf Anordnung eines Arztes oder einer vom Staat autorisierten Person

2 Aufbau und Funktion

2.1 Allgemeine Hinweise

Der **FRED PA-1**[®] ist ein automatisierter externer Defibrillator (AED).

AEDs sind halbautomatische oder vollautomatische Defibrillatoren.

Die Vorschriften bezüglich der Verwendung und der Schulungsanforderungen von AEDs wie dem **FRED PA-1**[®] sind von Land zu Land unterschiedlich. Die Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von AEDs sind einzuhalten.



Die vor Ort geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von AEDs sind von Land zu Land unterschiedlich. Manche Länder erlauben Laien die Verwendung von AEDs ohne spezifische Schulung, während andere Länder die Nutzung eines AEDs Rettungssanitätern oder Ersthelfern vorbehalten, die spezifisch geschult wurden.

Typischerweise wird der **FRED PA-1**[®] an stark frequentierten Orten eingesetzt. Einige Beispiele:

- Flughäfen
- Bahnhöfe
- Einkaufszentren
- Öffentliche Schwimmbäder
- Sportzentren
- Öffentliche Einrichtungen



Bioverträglichkeit

Die Teile des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Produkts einschliesslich Zubehör, die bestimmungsgemäss mit dem Patienten in Berührung kommen, sind so ausgelegt, dass sie bei bestimmungsgemäsem Gebrauch die Bioverträglichkeitsanforderungen der anwendbaren Standards erfüllen. Falls Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an SCHILLER.

2.2 Aufbau

| | |
|-----------------------------------|---|
| Defibrillator | Der FRED PA-1 [®] verwendet einen Defibrillationsimpuls mit BTE-Kurvenform (biphasic truncated exponential = BTE). Der Defibrillationsschock wird mittels Einweg-Elektroden abgegeben. Das EKG-Signal wird mit denselben Elektroden analysiert. Der Anwender wird mittels gesprochener Anweisungen und Piktogrammen geführt (Lautsprecher, LEDs neben den Piktogrammen). Das Gerät erkennt die angeschlossenen Elektroden (Erwachsenen- oder Kinderversion) und wählt die entsprechende Energie für die Defibrillation. Mittels eines RFID-Transponders im Stecker (Elektroden mit der Artikelnummer 0-21-0040) kann das Ablaufdatum der Elektroden überprüft werden wenn diese ans Gerät angeschlossen sind. |
| Sprachen | Verschiedene Sprachen stehen zur Verfügung. Optional ist eine Konfiguration mit 3 Sprachen erhältlich; die gewünschte Sprache kann nach dem Einschalten gewählt werden. |
| Metronom | Der FRED PA-1 [®] gibt eine einstellbare Frequenz für die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) vor. |
| FreeCPR (Option) | Informationen zur Frequenz der Herzdruckmassage, basierend auf Impedanzveränderungen, die von den Defibrillationspads aufgezeichnet werden. |
| Datenspeicher | Das Gerät ist mit einem internen Speicher ausgerüstet. Dies ermöglicht die Speicherung der während der Intervention aufgezeichneten Daten, darunter das analysierte EKG. Zusätzlich werden technische Daten (Logs) gespeichert. |
| Datenübertragung | Der FRED PA-1 [®] verfügt über einen SD-Karten-Steckplatz; die SD-Karte wird eingesetzt um die Daten abzurufen. |
| Stromversorgung (Standard) | Das Gerät wird von einer nicht wiederaufladbaren Lithiumbatterie betrieben. Die Ladung der Batterie ist ausreichend für: <ul style="list-style-type: none">• mehr als 140 Schocks mit maximaler Energie, falls das Gerät in optimalen Temperaturbedingungen (zwischen 15 und 25 °C) gelagert/eingesetzt wird. |
| Verfügbare Versionen | Halb- oder vollautomatischer Defibrillator |

2.2.1 Übersicht der konfigurierbaren Grössen



Wichtig!

- ▲ Änderungen, welche mit dem Programm möglich sind, werden nur auf Kundenwunsch bzw. Gesetzesanforderung durchgeführt.
- ▲ Diese Änderungen müssen in der Gerätedokumentation registriert sowie allen Anwendern mitgeteilt werden.

Die SCHILLER-Kundendienstabteilung kann folgende Parameter konfigurieren:

Einstellbare Parameter

- Wahl der Standard-Sprache beim Aufstarten des Gerätes
- Energieniveaus für den 1., 2. und 3. Schock (separate Einstellung für Erwachsene und Kinder)
- Anzahl der Herzdruckmassagen für Kinder (15 oder 30)
- Selbsttest-Häufigkeit (täglich oder wöchentlich)
- Umschalten zwischen „kontinuierliche Herzdruckmassage“ und „abwechselnd Herzdruckmassage/Beatmung“ während den HLW-Zyklen
- Datum und Zeit
- Software aktualisieren / die Anzeigesprache des Geräts ändern
- Auswahl des AED-Protokolls (kurze oder lange Anweisungen)
- Aktivierung der Benachrichtigung falls keine RFID-Defibrillationspads erkannt worden sind
- Aktivierung des Netzfilters (50/60Hz)
- Aktivierung des 16,7Hz-Filters
- Aktivierung der akustischen Benachrichtigung wenn das Wartungsintervall abgelaufen ist
- Temperaturwarnung

2.3 Bedienungs- und Anzeigeelemente

2.3.1 Übersicht FRED PA-1




2.3.2 Bedienungs- und Anzeigeelemente

Zusätzlich zu den gesprochenen Anweisungen wird der aktuelle Schritt mit einem Piktogramm und einer blinkenden LED angezeigt.


Grundgerät mit einer konfigurierten Sprache

Sobald der Deckel angehoben wird, gibt das Gerät gesprochene Instruktionen aus. Mit der Taste Repeat wird die zuletzt ausgegebene Instruktion wiederholt.



Mehrsprachiges Gerät

Sobald der Deckel angehoben wird, gibt das Gerät gesprochene Anweisungen in der Standard-Sprache. Die anderen beiden konfigurierten Sprachen können jederzeit mittels Taste über den Flaggen gewählt werden.



2.4 Funktion

Unmittelbar nach dem Einsetzen einer Batterie führt der **FRED PA-1®** einen Selbsttest des Geräts und der Batterie durch. Falls der Test erfolgreich ist, blinkt die grüne Status-LED und alle Service-LEDs sind aus, was anzeigt, dass das Gerät keinen Fehler erkannt hat.

Falls während des Tests ein Problem erkannt wird:




Abb 2.1 LED-Kontrolllampen

- wird ein Alarmton ausgegeben
- blinkt die Status-LED nicht mehr
- geben die Service-LEDs weitere Hinweise

i

- Wenn ein Alarm aktiv ist (visuell und/oder akustisch), ist die Batterielaufzeit reduziert.
- Zusätzlich führt das Gerät einen täglichen oder wöchentlichen Selbsttest durch (Einstellung ausschliesslich durch von Schiller autorisierte Servicetechniker)
- Ein Alarm (visuell und/oder akustisch) kann nur durch Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie zurückgesetzt werden.
- Für Details zu Alarmen, siehe Kapitel [6.5.1 Fehlermeldungen](#).

3 Inbetriebnahme

⚠ GEFÄHR

Explosionsgefahr - Der **FRED PA-1®** ist nicht für den Einsatz an Orten vorgesehen, wo ein Explosionsrisiko besteht. Ein Bereich kann einem Explosionsrisiko ausgesetzt sein, wenn dort brennbare Produkte (Benzin), brennbare Anästhetika oder Produkte für die Reinigung oder Desinfektion der Haut verwendet werden. Des Weiteren ist es verboten, den Defibrillator in einer Umgebung zu verwenden, welche die Verbrennung fördert. Dies ist der Fall, wenn die Umgebungsluft mehr als 25% Sauerstoff oder Distickstoffoxid (Lachgas) enthält. Eine Sauerstoffanreicherung der Umgebungsluft muss insbesondere in der Nähe der Elektroden vermieden werden. Ein Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft von weniger als 25% wird als nicht gefährlich erachtet. Einen hohen und somit gefährlichen Sauerstoffgehalt gibt es nur in der Sauerstoffmaske oder in einem geschlossenen Raum (z.B. Überdruckkammer).

3.1 Einsetzen der Batterie

⚠ WARNUNG



Li/MnO₂

- ▲ **Explosionsgefahr!** Die Batterie darf nicht hohen Temperaturen ausgesetzt oder mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- ▲ Die Batterie keinen Chemikalien aussetzen, die ABS, Polypropylen, Polyvinylchlorid, Nickel, Mylar oder Stahl auflösen können.
- ▲ Eine Batterie nie kurzschliessen, aufsägen, zerstören, verbrennen oder aufladen (Li/MnO₂-Batterie).

Risiken für den Patienten! **Fehler der Batterieladeanzeige**

- ▲ Eine neue Batterie wird beim ersten Einsetzen initialisiert.
- ▲ Die Batterie muss ausgetauscht werden, wenn das Gerät einen Batteriefehler anzeigt. Eine schadhafte Batterie darf nicht weiter verwendet werden.
- ▲ Entnehmen Sie die Batterie nur bei ausgeschaltetem Gerät.


⚠ VORSICHT

Risiken für den Patienten: **Einsatzbereitschaft des Gerätes sicherstellen!**

- ▲ Stellen Sie sicher, dass sich stets eine ausreichend geladene Batterie im Gerät befindet.
- ▲ Das Haltbarkeitsdatum einer neuen, in ihrer Originalverpackung bei einer Temperatur von 25 °C gelagerten Batterie ist auf der Schachtel angegeben. Nach Ablauf dieses Datums darf sie nicht mehr verwendet werden.
- ▲ Während der gesamten Lagerdauer darf die Schutzkappe des Batteriekontakts nicht entfernt werden. Die Schutzkappe darf erst entfernt werden, wenn die Batterie verwendet wird.
- ▲ Setzen Sie **FRED PA-1®** keiner direkten Sonnenstrahlung oder extremer Hitze oder Kälte aus. Eine Umgebungstemperatur von mehr als 25°C beeinträchtigt die Lebensdauer der Batterie.




- Bei jedem Einschalten prüft das Gerät, ob die Batterie korrekt funktioniert.



→ Entfernen Sie die Schutzkappe vom Batteriekontakt bevor Sie die Batterie ins Gerät einlegen.

Setzen Sie die Batterie in das Gerät ein, wie dies in der Abbildung links dargestellt ist.



1. Setzen Sie die beiden Aussparungen im unteren Teil der Batterie in die Führungen im Batteriefach ein.
2. Legen Sie die Batterie mit einer Drehbewegung ein und drücken Sie die Batterie ins Batteriefach bis diese einrastet.
3. Unmittelbar nach dem Einsetzen einer Batterie führt der **FRED PA-1**® einen Selbsttest durch, um den Zustand des Geräts und der Batterie zu testen.

Während des Tests leuchtet die Modem-LED und die Elektroden-LED blinkt. Der Test kann mehr als 1 Minute dauern.

Falls der Test erfolgreich ist, blinkt die grüne Status-LED und alle Service-LEDs sind aus, was anzeigt, dass das Gerät keinen Fehler erkannt hat.


Abb 3.1 Einsetzen der Batterie



Wenn das Gerät an einem Patienten eingesetzt wird, kann der Test durch Anheben des Deckels abgebrochen werden.

3.1.1 Notfallnummer anbringen

Falls die Notfallnummer Ihres Landes von der aufgedruckten Nummer abweicht, bringen Sie den Aufkleber mit der richtigen Nummer an:



3.1.2 Gerät ein- und ausschalten

Einschalten → Heben Sie den Deckel an. Die 3 LEDs neben den Piktogrammen leuchten kurz auf.

Ausschalten → Deckel schliessen.



Erzwungenes Ausschalten

Falls das Gerät nicht wie oben beschrieben ausgeschaltet werden kann, entfernen Sie die Batterie und setzen Sie sie dann wieder ein.



▲ Falls während des Schliessens des Deckels ein Patient erkannt wird, bleibt das Gerät eingeschaltet und der Wiederbelebungsablauf wird fortgesetzt.



Falls der Deckel innert 30 Sekunden wieder geöffnet wird, fährt das Gerät mit der Intervention fort.

3.2 Überwachung der Batterie



- Die Lithiumbatterie gewährleistet, dass das Gerät (bei einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C) mehrere Jahre lang funktionsfähig bleibt (und die Selbsttests durchführt), sofern das Gerät nicht verwendet wurde.
- Die Lebensdauer der Batterie ist abhängig von der Verwendung des Geräts und den Umgebungsbedingungen.
 - ▲ Die Batterie muss ersetzt werden wenn das Verfallsdatum abgelaufen ist.
 - ▲ Die alte Batterie muss entsprechend der vor Ort geltenden Vorschriften dem Recycling zugeführt werden.

3.2.1 Ausreichender Batterieladestand




Der **FRED PA-1**[®] zeigt mit der blinkenden (grünen) Status-LED an, dass die Batteriekapazität ausreicht, um den HLW-Zyklus durchzuführen.

3.2.2 Anzeige "Niedrige Batteriekapazität"



- Ein niedriger Batterieladestand wird während des Selbsttests gleich angezeigt wie nach Einsetzen der Batterie oder während des Betriebs.
- Trotz der Anzeige des niedrigen Batterieladestandes kann das Gerät normal verwendet werden und Defibrillationen können durchgeführt werden.
- Entnehmen Sie die Batterie nur bei ausgeschaltetem Gerät.
- Der verbleibende Ladestand der Batterie ist abhängig von der Verwendung des Geräts und den Umgebungsbedingungen.



Falls die Batteriekapazität unter 10% fällt, blinken die Status-LED (1) wie auch die orange Batterie-LED (2). Diese LEDs blinken bis die Batterie ausgetauscht worden ist. Die Batterie muss so schnell wie möglich ausgetauscht werden.


Abb 3.2 Anzeige eines niedrigen Batterieladestandes

3.2.3 Batterie leer während der Verwendung, limitierter Betrieb (HLW)



Risiken für den Patienten: Die Defibrillation ist bei Erkennung einer leeren Batterie nicht möglich. Die Batterie muss sofort ausgetauscht werden.

Wenn während der Nutzung des Geräts eine leere Batterie festgestellt wird, wird der Anwender aufgefordert, die Batterie auszutauschen und HLW durchzuführen. Ein Signalton wird ausgegeben. Die Status-LED ist aus und die orange Batterie-LED blinkt bis die Batterie ausgetauscht worden ist.



Batterie leer während des Selbsttests

- Ein Signalton wird ausgegeben, die Status-LED (1) ist aus und die Batterie-LED (2) blinkt bis die Batterie ausgetauscht ist.


3.3 Vorangeschlossene Elektroden ersetzen

Der **FRED PA-1®** wird mit vorangeschlossenen Elektroden geliefert. Um die Elektroden nach der Verwendung oder nach Ablauf des Verfallsdatums zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:



- ▲ Verwenden Sie die Defibrillationselektroden nur bis zum angegebenen Verfallsdatum.
- ▲ Beachten Sie, dass die Haltbarkeit der Elektroden nur dann gewährleistet ist, wenn die Vakuumverpackung unbeschädigt ist.
- ▲ Die Defibrillationselektroden dürfen nicht wiederverwendet werden.

3.3.1 Elektroden anschliessen



1. Entfernen Sie die Batterie
2. Entfernen Sie den Kleber mit der LOT-Nr./Verfallsdatum von der Elektrodenverpackung und kleben Sie ihn oberhalb der Status-LED auf das Gerät.



Elektrodenanschluss

3. Heben Sie den Deckel an.
4. Schliessen Sie das Elektrodenkabel am Gerät an.
5. Setzen Sie die Elektrodenpackung im Deckel ein und schliessen Sie ihn.
6. Prüfen Sie, dass weder das Elektrodenkabel noch die Verpackung im Deckel eingeklemmt ist.
7. Schliessen Sie den Deckel und legen Sie die Batterie ein.
8. Das Gerät ist einsatzbereit wenn die Status-LED blinkt und die Service-LEDs aus sind.

9. Setzen Sie falls erforderlich im Fach auf der Rückseite des Gerätes eine zweite Elektrodenpackung ein.



4 Defibrillation

4.1 Anwendungsregeln und Sicherheitshinweise

4.1.1 Anwendungsregeln



- Der **FRED PA-1®** ist ein Hochspannungs-Therapiegerät, das nur von befugten Personen bedient werden darf. Die unsachgemässe Verwendung kann für alle Beteiligten lebensgefährlich sein.
- Nicht medizinisches Personal darf einen AED wie den **FRED PA-1®** nur verwenden, wenn die vor Ort geltenden Gesetze dies zulassen.
- Der Erfolg der Defibrillation hängt von der korrekten Defibrillation, aber auch vom Zustand des Herzens ab. Es steht in der Verantwortung des Arztes, zusätzliche Massnahmen (z.B. Adrenalin) einzuleiten.
- Gemäss den AHA/ERC-Richtlinien können auch Kinder unter 8 Jahren defibrilliert werden.
- Die Elektroden sollten in der üblichen antero-lateralen Position angebracht werden. Bei Kindern sollten sie jedoch anterior-posterior angelegt werden, um einen Kurzschluss zwischen den beiden Defibrillationselektroden zu vermeiden.
- Bei einigen Krankheitsbildern kann es sein, dass die Defibrillation nicht erfolgreich ist.
- **Patienten mit implantiertem Schrittmacher:** Der **FRED PA-1®** verfügt über eine elektronische Schrittmacherimpulsunterdrückung, die das Zählen solcher Impulse verhindert. Je nach Schrittmachermodell und Position der Elektroden ist es möglich, dass die elektronische Schrittmacherimpulsunterdrückung nicht funktioniert und diese Impulse als QRS-Komplex verstanden werden. Sollte dies der Fall sein, kann die Analyse möglicherweise verzerrt und ungenau sein. Ob der Ausgleichsvorgang als QRS-Komplex gewertet wird, hängt von den Impulsparametern des Schrittmachers ab.

4.1.2 Sicherheitshinweise für die Nutzung eines AED



- ▲ Veränderungen, einschliesslich des Betriebsverhaltens, welche die Sicherheit beeinträchtigen, müssen sofort der verantwortlichen Person gemeldet werden.

Stromschlaggefahr — für Patienten

- ▲ Bei der EKG-Analyse kann in ungünstigen Fällen eine Fehlanalyse nicht ausgeschlossen werden. Deswegen darf das Gerät nur eingesetzt werden, wenn bei einem vermuteten Herzstillstandopfer folgende Symptome festgestellt worden sind:
 - nicht ansprechbar,
 - keine Atmung,
 - kein Puls.

**Stromschlaggefahr - für Anwender und Hilfspersonen**

- ▲ Positionieren Sie den Patienten flach liegend auf festem, elektrisch isoliertem Untergrund.
- ▲ Der Anwender muss darauf achten, dass der Patient während der EKG-Analyse und der Defibrillation keine leitende Verbindung zu umstehenden Personen hat.
- ▲ Der Patient darf keinen direkten Kontakt zu Metallteilen wie z. B. einem Bett oder einer Tragbahre haben, um Sekundärkontakte oder Leitbahnen für den Defibrillationsstrom zu verhindern, der die Hilfspersonen gefährden könnte. Aus dem gleichen Grund darf der Patient nicht auf einer feuchten oder nassen Fläche liegen (Regen, Schwimmbad-Unfälle).
- ▲ Die Defibrillationselektroden dürfen nicht mit anderen Elektroden oder Metallteilen, die mit dem Patienten Kontakt haben, in Berührung kommen.
- ▲ Der Brustkorb des Patienten muss trocken sein, da Feuchtigkeit ungewollte Leitwege für den Defibrillationsstrom bieten kann. Wischen Sie aus Sicherheitsgründen brennbare Hautreinigungsmittel ab.
- ▲ Die Aufgaben der Helfer müssen klar definiert sein:
 - Während der EKG-Analyse:
 - dürfen keine Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden,
 - muss der Patient möglichst ruhig liegen,
 - darf der Patient nicht berührt werden, weil es ansonsten durch Artefakte zu falschen Analyseergebnissen kommen kann.
 - Unmittelbar vor der Impulsabgabe müssen:
 - Herzdruckmassage und Beatmung unterbrochen (HLW) werden.

Verbrennungsgefahr für den Patienten


- ▲ Aufgrund der hohen Ströme kann es zu Verbrennungen oder Hautveränderungen an der Applikationsstelle der Elektroden kommen. Darum die Elektroden nicht auf oder über:
 - Sternum,
 - Schlüsselbein oder,
 - Brustwarzen applizieren.

Gefahr der Fehlfunktion von implantierten Schrittmachern!

- ▲ Bei Patienten mit implantiertem Schrittmacher ist mit einer Beeinträchtigung der Funktion oder der Zerstörung des Schrittmachers durch die Defibrillation zu rechnen.
Daher muss Folgendes beachtet werden:
 - die Defibrillationselektroden nicht in der Nähe des Schrittmachers aufkleben.

4.2 Anbringen der Klebeelektroden

4.2.1 Allgemeine Informationen



- ▲ Die Elektroden sind ausreichend mit Kontaktgel versehen, so dass kein weiteres Kontaktmittel (Gel) verwendet werden darf.
- ▲ Die Defibrillationselektroden dürfen nicht wiederverwendet werden.
- ▲ Die vorangeschlossenen Elektroden befinden sich im Innern des Deckels und sind zugänglich, wenn der Deckel geöffnet ist.
- ▲ Ein Reserve-Satz Erwachsenen- oder Kinderelektroden kann in einem Fach an der Rückseite des FRED PA-1 aufbewahrt werden.

4.2.2 Elektroden auspacken und anbringen



- ▲ Risiken für den Benutzer sowie für den Patienten: Der Beutel mit den vorangeschlossenen Elektroden ist an das Elektrodenkabel gelötet. Auf keinen Fall den Beutel vom Elektrodenkabel lösen (Beschädigungsgefahr des Kabels).

Nachdem der Oberkörper des Patienten entblösst worden ist, sind folgende Schritte durchzuführen:

→ Öffnen Sie die Elektrodenverpackung und kleben Sie die Elektroden auf die Brust des Patienten.




Abb 4.1 Öffnung der Elektrodenverpackung

- (1) Elektrode, die an der rechten Brustbeinkante auf Höhe des 2. Rippenzwischenraums angebracht werden muss.
- (2) Elektrode, die auf der linken Axillarlinie auf Höhe des 5. Rippenzwischenraums angebracht werden muss.
- (3) Falls die Elektroden nicht vorangeschlossen sind, schliessen Sie sie am Gerät an.




Abb 4.2 Grüner Indikator

- Die grüne LED blinkt und das Gerät wiederholt die Anweisungen bis die Elektroden angebracht sind bzw. der Elektrodenstecker mit dem Gerät verbunden wird und der Übergangswiderstand (Impedanz) im zulässigen Bereich liegt.
- Nach mehrmaliger Aufforderung, die Elektroden aufzukleben, wird der Anwender aufgefordert, Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) durchzuführen. Falls nach 5 Minuten immer noch kein ausreichender Widerstand zwischen den beiden Elektroden erkannt wird, schaltet sich das Gerät aus.


4.2.3 Aufkleben der Elektroden auf der Brust des Patienten



▲ Salzwasser, Sand oder Sonnencreme auf der Haut kann zu schlechtem Elektrodenkontakt oder zum Abfallen der Elektroden führen.


Elektroden für Erwachsene und Kinder

Erwachsenen-Elektroden



Die Elektroden mit dem blauen Stecker sind für Erwachsene und Kinder mit einem Gewicht über 25 kg zu verwenden.

Kinderelektroden



Die Elektroden mit dem gelben Stecker sind für Kinder mit einem Gewicht von weniger als 25 kg (höchstens 8 Jahre alt) vorgesehen. Das Gerät erkennt, welche Elektroden angeschlossen sind (Elektroden für Erwachsene oder Kinder); bei Kinderelektroden wird automatisch eine tiefere Defibrillationsenergie ausgewählt.

Erwachsene und Kinder mit einem Gewicht über 25 kg

Die Elektroden-Anlegepunkte sind für Erwachsene und Kinder über 25 kg gleich (siehe [Abb 4.4 Elektroden-Anlegepunkte bei Kindern, die mehr als 25 kg wiegen](#)). Überprüfen Sie vor dem Anbringen der Elektroden, dass die Anlegepunkte auf dem Brustkorb des Patienten sauber und trocken sind.




Abb 4.3 Elektroden-Anlegepunkte bei Erwachsenen

4. Rasieren Sie die Anlegepunkte der Elektroden sorgfältig, falls der Brustkorb des Patienten behaart ist.
5. Bringen Sie die Elektrode wie gezeigt an der rechten Brustbeinkante auf Höhe des 2. Rippenzwischenraums an. Bringen Sie die Elektrode **nicht** auf dem Schlüsselbein an (unebene Fläche).
6. Bringen Sie die Elektrode wie gezeigt auf der linken Axillarlinie auf Höhe des 5. Rippenzwischenraums an.

Die Klebeelektroden müssen gut an der Haut des Patienten haften. Luftblasen unter der Elektrode müssen vermieden werden. Legen Sie zur Vermeidung von Luftblasen die Elektroden erst mit einer Kante am Brustkorb an und glätten Sie sie in Richtung der anderen Kante auf der Haut aus, um eventuelle Luftansammlungen zu entfernen.




Abb 4.4 Elektroden-Anlegepunkte bei Kindern, die mehr als 25 kg wiegen

7. Bringen Sie die Elektroden so am Patienten an, dass die Anschlüsse jeweils zur Körperseite des Patienten zeigen und die Kabel die HLW nicht behindern.

Kinder, die weniger als 25 kg wiegen (höchstens 8 Jahre alt)

Elektrodenplatzierung für Kinder unter 25 kg (siehe [Abb 4.5 Elektroden-Anlegepunkte für Kinder unter 25 kg](#)). Überprüfen Sie vor dem Anbringen der Elektroden, dass die Anlegepunkte auf dem Brustkorb des Patienten sauber und trocken sind.

Bei kleinen Kindern bietet sich die Anterior-Posterior-Position an um einen Kurzschluss der Elektroden zu vermeiden.





Abb 4.5 Elektroden-Anlegepunkte für Kinder unter 25 kg

4.2.4 Überprüfung der Elektroden



Falls der Übergangswiderstand (Impedanz) inakzeptabel ist, wird der Anwender aufgefordert, die Elektroden zu überprüfen; zudem blinkt die grüne LED (siehe Pfeil).

Diese kommt vor, wenn:

- das Elektrodenkabel nicht an das Gerät angeschlossen ist und/oder,
- die Elektroden nicht ordnungsgemäss auf der Brust des Patienten aufgeklebt sind.



In diesem Fall:

- fordert das Gerät den Benutzer auf, zu prüfen dass die Elektroden angeschlossen und am Patienten angelegt sind, und empfiehlt dann, einen HLW-Zyklus durchzuführen.
- fährt das Gerät an jenem Punkt fort, wo die Intervention unterbrochen wurde, falls der Widerstand beider Elektroden wieder akzeptabel ist.
- schaltet das Gerät aus wenn nach 5 Minuten noch immer kein akzeptabler Widerstand zwischen den beiden Elektroden besteht.

Führen Sie folgende Schritte durch, um die Elektroden zu überprüfen:

1. Schliessen Sie den Stecker wie in [3.3.1 Elektroden anschliessen Seite 25](#) an.
2. Drücken Sie die Defibrillierungselektroden auf die Haut des Patienten, eine nach der anderen, um festzustellen, bei welcher die grüne LED ausgeht.
3. Drücken Sie diese Elektrode dann nochmals fest auf die Haut des Patienten.

Wenn der Elektrodendefekt nicht behoben werden konnte:

→Mit HLW weiterfahren, auch wenn das Gerät ausschaltet



Entfernung der Elektroden vom Brustkorb des Patienten, siehe Kapitel [4.6 Beenden der Therapie](#).

4.3 Halbautomatische Defibrillation



Risiken für den Patienten — Beachten Sie unbedingt die Hinweise in den Abschnitten [4.1 Anwendungsregeln und Sicherheitshinweise](#).

Halbautomatische Defibrillation



Abhängig von der Gerätekonfiguration werden möglicherweise verkürzte Anweisungen ausgegeben.

Schritt 1




Abb 4.6 Elektroden anlegen

Gerät einschalten und vorbereiten

1. Heben Sie den Deckel an um das Gerät einzuschalten.
 - Falls der Deckel nicht vorhanden ist, entfernen Sie die Batterie und setzen Sie sie wieder ein um das Gerät einzuschalten.
2. Prüfen Sie den Zustand des Patienten: nicht ansprechbar, atmet nicht, kein Puls.
3. Kleben Sie die Defibrillationselektroden auf die Brust des Patienten (siehe [4.2 Anbringen der Klebeelektroden](#)).



Die LED "Elektroden anlegen" blinkt bis die Elektroden korrekt auf der Brust des Patienten angebracht sind und/oder der Elektrodenstecker am Gerät angeschlossen ist.

Schritt 2



Abb 4.7 Analyse läuft, Patienten nicht berühren

Analyse des EKG-Signals

4. Die Analyse wird automatisch gestartet, ohne Beteiligung des Anwenders. Der Anwender wird aufgefordert, den Patienten nicht zu berühren und die grüne LED unterhalb des Piktogramms blinkt.



- Wenn das Gerät ein Kammerflimmern oder Kammertachykardie mit einer Herzfrequenz über 150 Puls/min erkennt, folgt [Schritt 3 Schockabgabe](#), ansonsten ist mit [Schritt 4 Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen](#) weiterzufahren.

Schritt 3





Abb 4.8 Schockabgabe-Taste


Schockabgabe


Sobald die Energie geladen ist, wird der Benutzer dazu aufgefordert, den Schock mit der blinkenden orangenen Taste  auszulösen.



Stromschlaggefahr!

- ▲ Patienten während der Schockabgabe unter keinen Umständen berühren.
- ▲ Sicherstellen, dass der Patient keine leitenden Gegenstände berührt.



5. Schock mit der Taste  auslösen.

Nach der Schockabgabe erfolgt [Schritt 4 Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen](#).

Schritt 4



Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen

Falls die Option **FreeCPR** aktiviert ist, weist das Gerät den Anwender an, die Frequenz der Herzdruckmassage anzupassen.

FreeCPR misst die Kompressionsfrequenz basierend auf der Impedanzmessung mittels Defibrillationselektroden.

6. Durchführung eines HLW-Zyklus. Abhängig von der Einstellung des Geräts besteht ein HLW-Zyklus aus:
 - Durchführung von Herzdruckmassagen während des eingestellten Zeitraums, oder
 - abwechselnde Durchführung von 30 Herzdruckmassagen und 2 Beatmungen während des eingestellten Zeitraums.

Nach dem HLW-Zyklus fährt das Gerät mit [Schritt 2 Analyse des EKG-Signals](#) fort.



Beenden der Therapie

Siehe [4.6 Beenden der Therapie](#).

4.4 Automatische Defibrillation



Die rechtlichen Grundlagen für den Einsatz eines automatischen Defibrillators sind von Land zu Land unterschiedlich. Während es in einigen Ländern Laien ohne besondere Schulung erlaubt ist, ein solches Geraten einzusetzen, erlauben andere Lander dies ausschliesslich Sanitatern oder in erster Hilfe ausgebildeten Personen mit einer speziellen Schulung.

4.4.1 Funktionsbeschreibung automatischer AED



Abhangig von der Geratekonfiguration werden moglicherweise verkurzte Anweisungen ausgegeben.

Das Gerat gibt Defibrillationsschocks automatisch ab, d.h. ein Schock muss nicht manuell ausgelost werden.

Der Anwender wird durch Sprachanweisungen und die LEDs neben den Piktogrammen gefuhrt.

Falls ein Schock empfohlen wird, werden die letzten 3 Sekunden vor der Schockabgabe heruntergezahlt.



Abb 4.9 FRED PA-1[®] automatisch

4.4.2 Sicherheitshinweise zur automatischen Defibrillation



Gefahrdung fur Patient, Anwender und Hilfspersonal!

Nach dem Einschalten durch Anheben des Deckels und nach Anbringen der Elektroden wird die EKG-Analyse automatisch gestartet und ein Schock automatisch ausgelost falls ein defibrillationswurdiger Herzrhythmus vorliegt. Der Anwender wird mittels gesprochener Mitteilung auf die laufende Analyse und Schockauslosung hingewiesen.

- ▲ Das Beruhren oder Transportieren des Patienten wahrend der Analyse kann zu einer falschen Analyse fuhren. Das Ergebnis der Analyse ist nur dann gultig, wenn der Patient wahrend der gesamten Analyse bewegungslos geblieben ist und nicht beruhrt wurde.
- ▲ Deshalb mussen Herzmassage und Beatmung wahrend der Analyse unterbrochen werden.
- ▲ Der Patient darf wahrend der Analyse und der Schockabgabe nicht beruhrt oder transportiert (z.B. Bahre) werden.
- ▲ Beachten Sie unbedingt auch die Hinweise im Abschnitt [4.1 Anwendungsregeln und Sicherheitshinweise Seite 26](#).

Automatische Defibrillation

Schritt 1




Abb 4.10 Elektroden anlegen

Gerät einschalten und vorbereiten

1. Heben Sie den Deckel an um das Gerät einzuschalten.
 - Falls der Deckel nicht vorhanden ist, entfernen Sie die Batterie und setzen Sie sie wieder ein um das Gerät einzuschalten.
2. Prüfen Sie den Zustand des Patienten: nicht ansprechbar, atmet nicht, kein Puls.
3. Kleben Sie die Defibrillationselektroden auf die Brust des Patienten (siehe [4.2 Anbringen der Klebeelektroden](#)).



Die LED "Elektroden anlegen" blinkt bis die Elektroden korrekt auf der Brust des Patienten angebracht sind und/oder der Elektrodenstecker am Gerät angeschlossen ist.

Schritt 2



Abb 4.11 Analyse läuft, Patienten nicht berühren

Automatische Analyse des EKG-Signals

4. Die Analyse wird automatisch gestartet, ohne Beteiligung des Anwenders. Der Anwender wird aufgefordert, den Patienten nicht zu berühren und die LED unterhalb des Piktogramms blinkt.




Wenn das Gerät ein Kammernflimmern oder Kammertachykardie mit einer Herzfrequenz über 150 Puls/min erkennt, folgt [Schritt 3 Automatische Schockabgabe](#), ansonsten ist mit [Schritt 4 Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen](#) weiterzufahren.

Schritt 3

Automatische Schockabgabe


Nach erfolgter Energieladung wird der Schock ohne Beteiligung des Benutzers automatisch abgegeben. Das akustische Rückwärtszählen beginnt und die orange Taste

 blinkt bis der Schock abgegeben worden ist.

⚠ GEF AHR

Stromschlaggefahr!

- ▲ Patienten während der Schockabgabe unter keinen Umständen berühren.
- ▲ Sicherstellen, dass der Patient keine leitenden Gegenstände berührt.



Nach der Schockabgabe erfolgt [Schritt 4 Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen](#).

Schritt 4

Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen



Falls die Option **FreeCPR** aktiviert ist, weist das Gerät den Anwender an, die Frequenz der Herzdruckmassage anzupassen.

FreeCPR misst die Kompressionsfrequenz basierend auf der Impedanzmessung mittels Defibrillationselektroden.

5. Durchführung eines HLW-Zyklus. Abhängig von der Einstellung des Geräts besteht ein HLW-Zyklus aus:
 - Durchführung von Herzdruckmassagen während des eingestellten Zeitraums, oder
 - abwechselnde Durchführung von 30 Herzdruckmassagen und 2 Beatmungen während des eingestellten Zeitraums.

Nach dem HLW-Zyklus fährt das Gerät mit [Schritt 2 Analyse des EKG-Signals](#) fort.



Beenden der Therapie

Siehe [4.6 Beenden der Therapie](#).

4.5 Interne Sicherheitsentladung



- ▲ Verhält sich das Gerät anders als in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, so ist es defekt und muss instand gesetzt werden.

Ein Sicherheitskreislauf gewährleistet, dass die gespeicherte Defibrillationsenergie immer dann intern entladen wird, wenn der Schock nicht korrekt abgegeben werden konnte. Diese Situation tritt ein, wenn:

- der Schock nicht innerhalb von 20 Sekunden nach erfolgter Defibrillationsenergie-Ladung abgegeben wird,
- ein Problem mit den Elektroden erkannt wurde,
- die Batteriespannung zu niedrig ist,
- das Gerät defekt ist,
- das Gerät unmittelbar vor der Schockabgabe ausgeschaltet wird.

4.6 Beenden der Therapie

- Ziehen Sie den Stecker des Elektrodenkabels ab.
- Schalten Sie das Gerät nach Abschluss der Therapie aus (Deckel schliessen).
- Ziehen Sie die Elektroden vorsichtig von der Haut des Patienten ab (siehe [Abb 4.12 Entfernung der selbsthaftenden Elektroden](#))
- Entsorgen Sie die Einweg-Elektroden sofort nach der Verwendung, um zu verhindern, dass sie versehentlich erneut verwendet werden (Krankenhausabfall).
- Einen neuen Satz vorangeschlossener Elektroden anschliessen, siehe [3.3.1 Elektroden anschliessen](#).
- Interventionsdaten abrufen, siehe [5.1 Interventionsdaten abrufen](#)




Abb 4.12 Entfernung der selbsthaftenden Elektroden



- Wenn das Gerät für weniger als 5 Minuten ausgeschaltet wird, werden sämtliche Daten gespeichert (auch, wenn die Batterie entnommen wird) und das Gerät zählt weiterhin die abgegebenen Schocks, misst die seit dem Einschalten des Geräts vergangene Zeit und speichert die Interventions-Ereignisse ab dem Zeitpunkt des Ausschaltens des Geräts.

4.7 Batterie ersetzen



1. Schliessen Sie den Deckel des Gerätes.
2. Drücken Sie den Entriegelungshebel der Batterie wie angezeigt nach unten um die Batterie zu entnehmen.
3. Setzen Sie eine neue Batterie ein (siehe [3.1 Einsetzen der Batterie Seite 20](#)).

5 Übertragung

5.1 Interventionsdaten abrufen



- ▲ Verwenden Sie ausschliesslich Standard-SD-Karten (keine Mini- oder Mikro-SD-Karten).
- Verwenden Sie die geeignete SCHILLER-Software um Interventionsdaten auszu-lesen. Kontaktieren Sie Ihre SCHILLER-Vertretung.

Um die Interventionsdaten abzurufen, benötigen Sie eine SD-Speicherkarte. Die SD-Speicherkarte muss gemäss den folgenden Anweisungen konfiguriert werden.

1. Legen Sie die SD-Karte in einen Computer ein und erstellen Sie auf der SD-Karte einen Ordner "from_device".
2. Entnehmen Sie die Batterie aus dem Gerät.



3. Legen Sie die SD-Speicherkarte in den Steckplatz ein.
4. Legen Sie die Batterie wieder ein. Das Gerät schaltet automatisch ein.



5. Während der Datenübertragung, die mehr als 5 Minuten dauern kann, leuchtet die Modem-LED (1) und die Service-LED (2) blinkt.
6. Wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist, gehen die Modem-LED (1) und die Service-LED (2) aus.
7. Entfernen Sie die Batterie und dann die SD-Karte.
8. Legen Sie die Batterie wieder ein.

6 Wartung

6.1 Wartungsintervalle



- Der **FRED® PA-1** ist ein Notfallgerät; um die Einsatzbereitschaft des Gerätes und des Zubehörs zu gewährleisten, müssen wie in der folgenden Tabelle beschrieben gewisse Überprüfungen vorgenommen werden. Die Ergebnisse dieser Überprüfungen müssen notiert und mit den Vergleichswerten abgeglichen werden (siehe [7.7 Inspektionsprotokoll](#)).
- Wenn der **FRED® PA-1** unter optimalen Bedingungen eingesetzt wird (siehe [6.1.1 Befreiung von der technischen Sicherheitsüberprüfung](#)), ist keine Wartung des Gerätes notwendig, da dieses Selbsttests durchführt und Warnungen ausgibt, falls Massnahmen des Anwenders oder eines Servicetechnikers nötig sind.
- Länderspezifische Vorschriften können zusätzliche oder andere Prüfungsintervalle und Tests vorschreiben.
- Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Wartungsintervalle und die Zuständigkeit.

| Intervall | Wartung - Ersetzen | Verantwortlich |
|-----------------------|---|--|
| Nach jedem Einsatz | <ul style="list-style-type: none"> • Tauschen Sie die Elektroden aus. • Prüfen Sie nach dem Einsetzen der Batterie, dass die Status-LED blinkt und dass die anderen LEDs aus sind (siehe 6.1.4 Status-LED) • Sichtprüfung des Geräts, siehe 6.1.3 Optische Prüfung des Gerätes und des Zubehörs. | → Benutzer |
| Wöchentlich/Monatlich | <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, dass die grüne Status-LED blinkt und alle anderen LEDs aus sind (siehe 6.1.4 Status-LED) • Optische Prüfung des Gerätes und des Zubehörs, siehe 6.1.3 Optische Prüfung des Gerätes und des Zubehörs. | → Benutzer |
| Alle 3 Jahre | <p>Hinweis: Für eine Befreiung von der 3-jährlichen technischen Sicherheitsüberprüfung, siehe Abschnitt 6.1.1 Befreiung von der technischen Sicherheitsüberprüfung</p> | → Durch SCHILLER autorisiertes Servicepersonal |
| Alle 6 Jahre | <p>Hinweis: Austausch der internen Backup-Batterie wird empfohlen. Wird die interne Backup-Batterie nicht alle 6 Jahre ersetzt, kann SCHILLER nicht garantieren, dass Datum und Uhrzeit der Interventionsdaten korrekt sind.</p> | → Durch SCHILLER autorisiertes Servicepersonal |

6.1.1 Befreiung von der technischen Sicherheitsüberprüfung

Die Befreiung von der 3-jährlichen technischen Sicherheitsüberprüfung ist möglich, falls der **FRED PA-1®** stets unter den folgenden, optimalen Bedingungen betrieben wird:

| Optimale Bedingungen | Erfüllt | Nicht erfüllt |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Umgebungsbedingungen vor dem Einsatz: <ul style="list-style-type: none"> – Temperatur zwischen +15...25 °C – Keine Temperaturschwankung von über 10°C pro Tag – Geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung – Luftfeuchtigkeit 30 bis 65 % (nicht kondensierend) – Geschützt vor Staub | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Einsatzort <ul style="list-style-type: none"> – kein mobiler Einsatzort (wie Zug, Auto, Bus, Flugzeug...) – nicht an Wänden, wo das Risiko von Vibrationen besteht (z.B. in der Nähe von Türen, Fenstern usw.) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Befreiung von der technischen Sicherheitsüberprüfung, falls alle Bedingungen erfüllt sind- FRED PA-1 | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| Ort: | Datum: | |
| Durchgeführt von: | | |

6.1.2 Lebensdauer/Lagerfähigkeit

Gerät Das Gerät hat eine Lebensdauer von 10 Jahren falls die Wartungsintervalle gemäss Abschnitt [6.1 Wartungsintervalle und Norm IEC/EN 62353 eingehalten werden](#).

Batterie Hauptbatterie (ca. 6 Jahre), siehe Verfallsdatum auf der Batterie, und interne Backup-Batterie (ca. 6 Jahre).

Elektroden 2 Jahre, siehe Verfallsdatum auf der Elektrodenverpackung.

6.1.3 Optische Prüfung des Gerätes und des Zubehörs

Führen Sie regelmässig und vor jeder Anwendung eine Sichtkontrolle des Gerätes und der Kabel auf mechanische Beschädigungen durch.

Stellen Sie Schäden oder Funktionsstörungen fest, welche die Sicherheit des Patienten oder des Anwenders beeinträchtigen können, dürfen Sie das Gerät erst wieder benutzen, nachdem es instand gesetzt wurde.

Zu prüfende Aspekte:

- Prüfen Sie, dass die Status-LED blinkt und alle anderen LEDs aus sind (siehe [6.5.1 Fehlermeldungen](#))
- Gerätegehäuse nicht beschädigt?
- Keine zu starke Verschmutzung oder Beschädigung?
- Lesbarkeit des Typenschilds auf der Geräterückseite?
- Lesbarkeit der Beschriftung auf der Gehäusevorderseite?
- Ablaufdatum der Elektroden verstrichen? (siehe Abschnitt [3.3.1 Elektroden anschliessen, Seite 25](#)).
- Ablaufdatum der Batterie verstrichen?


- ▲ Elektroden, die ihr Verfallsdatum überschritten haben, müssen umgehend ausgetauscht werden (Elektroden- und Service-LED leuchten wenn Elektroden mit Artikelnummer 0-21-0040 angeschlossen sind)
- ▲ Batterien, die ihr Verfallsdatum überschritten haben, müssen umgehend ausgetauscht werden (siehe Verfallsdatum auf der Batterie).
- ▲ Defekte Geräte und Kabel müssen sofort ausgetauscht werden.
- ▲ Ersetzen oder reparieren Sie das Gerät sofort, falls die Status-LED nicht blinkt (siehe Abschnitt [6.5.1 Fehlermeldungen](#)).

6.1.4 Status-LED

Falls das Gerät defekt ist oder das Gerät bei seinem letzten Selbsttest Probleme festgestellt hat, so muss das Gerät vor der nächsten Verwendung repariert werden.

Falls während des Selbsttests ein Problem erkannt wird:

- wird ein Alarmton ausgegeben
 - Blinkt die Status-LED falls ein nicht kritischer Fehler vorliegt, wie z.B.:
 - Batterie fast leer
 - Elektroden-Verfallsdatum nahezu erreicht (gilt nur für Elektroden mit Artikelnummer 0-21-0040)
 - Die Status-LED blinkt nicht mehr, falls das Gerät nicht mehr funktioniert
 - Die entsprechende Service-LED blinkt
- siehe Abschnitt [6.5.1 Fehlermeldungen](#).



6.1.5 Funktionsprüfung



Gefahr für den Patienten: Verhält sich das Gerät anders als in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, oder falls die Status-LED nicht blinkt, ist das Gerät defekt und muss repariert werden.



- ▲ Sollte das Gerät intensiv verwendet werden, empfiehlt SCHILLER eine Durchführung der Kontrollen in kürzeren Abständen.
- ▲ Die in den jeweiligen Ländern geltenden Vorschriften bezüglich der Kontrollhäufigkeit müssen grundsätzlich eingehalten werden (falls diese vorgeschriebenen Kontrollen häufiger durchgeführt werden müssen, als dies von SCHILLER empfohlen wird).

Zu prüfende Aspekte:

- Kontrollieren Sie das Gerät und sein Zubehör optisch auf Zeichen mechanischer Beschädigungen (siehe [6.1.3 Optische Prüfung des Gerätes und des Zubehörs](#)).
- Überprüfen Sie, dass das Gerät korrekt funktioniert.
- Messen Sie die bei 50 Ohm abgegebene Energie.

6.2 Reinigung und Desinfektion



Stromschlaggefahr: Entfernen Sie unbedingt die Batterie, bevor Sie mit dem Reinigen des Gerätes beginnen. So ist sichergestellt, dass das Gerät während des Reinigens nicht versehentlich eingeschaltet werden kann.

Lebensgefahr! Trennen Sie zum Reinigen die Defibrillationselektroden vom Gerät.

Stromschlaggefahr, Geräteschaden: Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Ist Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen, darf es erst wieder nach der Überprüfung durch die Serviceabteilung in Betrieb genommen werden.



Geräteschaden! — Desinfektionsmittel auf Phenolbasis und Peroxidverbindungen dürfen nicht zur Oberflächendesinfektion verwendet werden.

- Geräteoberfläche** → Reiben Sie das Gerät nur feucht ab; es darf keinesfalls Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Es eignen sich alle alkoholhaltigen (bis 70 %), in Kliniken gebräuchliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Falls Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind, dürfen Sie es erst nach einer Überprüfung durch die Serviceabteilung wieder in Betrieb nehmen.
- Kabel, Elektroden** → Entsorgen Sie alle Einmal-Elektroden sofort nach der Anwendung, um ein versehentliches Wiederverwenden zu vermeiden (Krankenhausmüll).

6.3 Zubehör und Verbrauchsmaterial



Personenschaden, Geräteschaden: Verwenden Sie immer Ersatzteile und Verbrauchsmaterial von SCHILLER oder Produkte, die von SCHILLER genehmigt sind. Das Nichtbeachten dieser Anweisung kann lebensgefährlich sein und/oder die Aufhebung der Garantie zur Folge haben.

Bei Ihrer SCHILLER-Vertretung sind alle Verbrauchsmaterialien und Zubehörteile für den **FRED PA-1**[®] erhältlich. Eine vollständige Liste aller SCHILLER-Vertretungen finden Sie auf der Website von SCHILLER (www.schiller.ch). Kontaktieren Sie bei Fragen SCHILLER. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit für Anliegen und Fragen zur Verfügung.

6.3.1 Bestellinformationen

Geräte

| Artikelnr. | Beschreibung |
|------------|---|
| 1-127-9902 | FRED PA-1 [®] halbautomatisch |
| 1-127-9901 | FRED PA-1 [®] vollautomatisch |
| 1-127-3780 | Mehrsprachige Option |
| 1-127-5180 | Wandhalterung |
| 1-127-3580 | FreeCPR (HLW-Feedback-Option) |

Zubehör/Verbrauchsmaterial

| Artikelnr. | Beschreibung |
|------------|--|
| 0-21-0040 | 1 Paar selbstklebende Defibrillations-Elektroden für Erwachsene, 80 cm ² , vorangeschlossen, mit RFID |
| 2.155067 | 1 Paar selbstklebende Defibrillations-Elektroden für Kinder, 80cm ² |
| 4-07-0025 | Batterie FRED PA-1 |
| 5-35-0043 | SD-Karte |
| 6-39-0172 | Kleber-Set mit Notfallnummern und Flaggen für das Gerät |
| 6-39-0148 | Kleber-Set mit Notfallnummern für Wandhalterung |
| 0-48-0241 | Gebrauchsanweisung, Deutsch |

6.3.2 Erforderliches Zubehör

- Gebrauchsanweisung
- Ein Paar selbstklebende Elektroden
- 1 Lithium-Batterie

6.4 Entsorgung

6.4.1 Entsorgung Batterie



- ▲ Explosionsgefahr! Die Batterie darf nicht verbrannt, hohen Temperaturen ausgesetzt oder mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- ▲ Die Batterie keinen Chemikalien aussetzen, die ABS, Polypropylen, Polyvinylchlorid, Nickel, Mylar oder Stahl auflösen können.
- ▲ Eine Batterie nie aufsägen, zerstören oder verbrennen.
- ▲ Verätzungsgefahr! Batterie unter keinen Umständen öffnen oder erhitzen.



Die Batterie ist gemäss den entsprechenden Vorschriften des Landes der Entsorgungsstelle zuzuführen oder an SCHILLER zurückzusenden.

6.4.2 Entsorgung des Zubehörs mit Patientenkontakt



Einmalartikel (z.B. Elektroden, usw.) müssen als Krankenhausmüll entsorgt werden.

6.4.3 Entsorgung am Ende der Nutzungsdauer



Wenn das Gerät und sein Zubehör das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, müssen sie gemäss den vor Ort geltenden Vorschriften entsorgt werden. Abgesehen von der internen Batterie und den einsetzbaren Batterien enthält das Gerät keine Gefahrenstoffe und kann wie normales Elektronikmaterial entsorgt werden. In Übereinstimmung mit internationalen Gesetzen muss die Batterie an spezifischen, hierfür vorgesehenen Orten abgegeben oder an SCHILLER zurückgegeben werden.

Gemäss europäischer Gesetzgebung wird dieses Gerät als elektronisches Altgerät behandelt. Es kann an den Händler oder den Hersteller zurückgegeben werden, wo es in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Die Versandkosten trägt in diesem Fall der Verbraucher. Am Ende der Nutzungsdauer sind Sie verpflichtet, das Gerät getrennt zu sammeln und den entsprechenden zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme zuzuführen.

Falls Sie nicht über ein solches Rückgabe und Sammelsystem verfügen, können Sie das Gerät zum Vertreiber oder Hersteller zurückschicken, welcher das Gerät sachgemäss entsorgen wird. Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Eine nicht sachgemässe Entsorgung gefährdet die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch das Vorhandensein von gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten bedingt ist.

6.5 Fehlerbehebung



- Können Sie das Gerät nicht innert nützlicher Zeit in einen betriebsfähigen Zustand zurückversetzen, fahren Sie mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung fort, bis die angeforderte Rettung eintrifft.

Erzwungenes Ausschalten

- Falls das Gerät nicht wie gewohnt ausgeschaltet werden kann (d.h. durch Schliessen des Deckels), entfernen Sie die Batterie und setzen Sie sie dann wieder ein.

6.5.1 Fehlermeldungen



Falls während des Selbsttests ein Problem erkannt wird:

- Mit der Tabelle unten und den verschiedenen LEDs können Sie die Fehlerquelle ausfindig machen.



Gerätestatus: normal. Das Gerät ist einsatzbereit. Ein Defibrillationsschock kann abgegeben werden.







Gerätestatus: eingeschränkt. Der Hochspannungs-Kondensator kann nicht mehr geladen werden und ein Defibrillationsschock ist nicht möglich. Das Gerät weist den Anwender an, HLW durchzuführen.



Gerätestatus: kritisch. Das Gerät ist nicht einsatzbereit.

| Beschreibung | Geräte-status | Status-LED | Alarm-ton | Batte-rie-An-zeige | Elektro-den-LED | Service-LED | Behebung |
|---|---------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Problem mit der Stromversorgung, oder korrupte Firmware | | <input type="radio"/> | EIN | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | → Kontaktieren Sie Ihre SCHILLER-Vertretung |
| Batterie defekt | | <input type="radio"/> | EIN | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | → Batterie austauschen |
| Hauptbatterie fast leer (weniger als 10%), oder Verfallsdatum der Batterie verstrichen | | <input checked="" type="radio"/> | AUS | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | → Batterie austauschen |
| Elektroden verfallen innerhalb der nächsten 2 Monate, oder es wurden keine RFID-Defibrillationspads erkannt (Konfiguration) | | <input checked="" type="radio"/> | AUS | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | → Tauschen Sie die Elektroden aus |
| Verfallsdatum der Elektroden verstrichen | | <input type="radio"/> | EIN | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | → Elektroden austauschen und danach die Batterie entnehmen und wieder einsetzen |
| ^a Temperatur ausserhalb der zulässigen Werte | | <input type="radio"/> | Konfigurierbar | <input type="radio"/> | | | → Kontaktieren Sie Ihre SCHILLER-Vertretung |
| Gerät muss gewartet werden | | <input checked="" type="radio"/> | AUS | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | → Kontaktieren Sie Ihre SCHILLER-Vertretung |

| Beschreibung | Geräte-status | Status-LED | Alarm-ton | Batte-rie-An-zeige | Elektro-den-LED | Service-LED | Behebung |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---|---|
| Service-Intervall abgelaufen |  | <input type="radio"/> | EIN | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | → Kontaktieren Sie Ihre SCHILLER-Vertretung |
| Gerät defekt |  | <input type="radio"/> | EIN | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  | → Gerät austauschen |

- a. Falls 2/3 der Einzelmessungen über 48 Stunden die Grenzwerte über-/unterschreiten, gibt das Gerät eine Warnung aus (Elektroden- und Service-LEDs leuchten und ein Alarmton wird ausgegeben, falls konfiguriert); die Status-LED blinkt weiterhin. Das Intervall der Temperaturverifikation während der 48 Stunden kann zwischen 1h und 24h gewählt werden

Alarmgrenzwerte:

+50 °C für den oberen und -5°C für den unteren Alarmgrenzwert.

6.5.2 Fehlerbehebung



Erzwungenes Ausschalten

Falls das Gerät nicht wie gewohnt ausgeschaltet werden kann, entfernen Sie die Batterie und setzen Sie sie dann wieder ein.

| Problem | Mögliche Ursachen | Behebung |
|---|---|--|
| Die Status-LED leuchtet nicht und das Gerät kann nicht eingeschaltet werden. | <ul style="list-style-type: none"> Batterie defekt. Keine Batterie vorhanden oder Batterie wurde nicht korrekt eingesetzt. Gerät defekt. | <ul style="list-style-type: none"> → Batterie austauschen. → Die Batterie korrekt einsetzen. → Lassen Sie das Gerät reparieren. |
| Die Status-LED blinkt und das Gerät kann nicht eingeschaltet werden. | <ul style="list-style-type: none"> Deckel fehlt | <ul style="list-style-type: none"> → Entnehmen Sie die Batterie und legen Sie sie wieder ein um das Gerät und den HLW-Zyklus zu starten. |
| Das Gerät fordert den Benutzer auf, die ordnungsgemäße Verbindung und die Klebeelektroden zu kontrollieren. | <ul style="list-style-type: none"> Kurzschluss zwischen den Elektroden. Schlechter Elektroden-Kontakt. Elektroden nicht am Gerät angeschlossen Kontaktmittel getrocknet. Gerät defekt. | <ul style="list-style-type: none"> → Bringen Sie die Elektroden exakt nach Beschreibung an. → Drücken Sie die Elektroden fest an. → Elektroden am Gerät anschliessen → Verwenden Sie neue Elektroden. → Lassen Sie das Gerät reparieren. |
| Das Gerät kann nicht ausgeschaltet werden. | <ul style="list-style-type: none"> Deckel schliessen Software-Absturz Gerät defekt. | <ul style="list-style-type: none"> → Drücken Sie den Deckel nach unten, damit der magnetische Sensor aktiviert wird. → Entfernen Sie die Batterie und setzen Sie sie dann wieder ein. → Lassen Sie das Gerät reparieren. |
| Falsche Analyseergebnisse (Beispiele: das Gerät erkennt keinen schockbaren Rhythmus, obgleich der Patient Kammerflimmern aufweist). | <ul style="list-style-type: none"> Schlechte Qualität des EKG-Signals. Elektromagnetische Strahlung stört das EKG-Signal. Der Patient hat sich während der Analyse bewegt. Gerät defekt. | <ul style="list-style-type: none"> → Wiederholen Sie die Herzdruckmassagen. → Die Interferenzquelle ausschalten (z. B. Funkgerät, Mobiltelefon). Positionieren Sie den Patienten ausserhalb des Interferenzbereichs. → Bewegen Sie den Patienten während der Analyse nicht. → Lassen Sie das Gerät reparieren. |
| Der Defibrillationsschock kann nicht abgegeben werden. | <ul style="list-style-type: none"> Ungenügender Batterieladestand. Elektrodenfehler durch HLW. Gerät defekt. | <ul style="list-style-type: none"> → Batterie austauschen. → Die Elektroden neu anlegen. → Lassen Sie das Gerät reparieren. |
| Der Alarmton hört nicht auf. | <ul style="list-style-type: none"> Batterie defekt. Gerät defekt. | <ul style="list-style-type: none"> → Batterie austauschen. → Lassen Sie das Gerät reparieren. |
| Batterie-LED leuchtet. | <ul style="list-style-type: none"> Die Batterie ist fast leer. | <ul style="list-style-type: none"> → Batterie austauschen. |
| Auf der Speicherkarte wurden keine Daten gespeichert. | <ul style="list-style-type: none"> Karte defekt. Gerät defekt. | <ul style="list-style-type: none"> → Karte austauschen. → Lassen Sie das Gerät reparieren. |
| Die Elektroden-LED blinkt weiter, auch nachdem die Elektroden ausgetauscht worden sind | <ul style="list-style-type: none"> Alarmer wurden nicht zurückgesetzt | <ul style="list-style-type: none"> → Entnehmen Sie die Batterie und legen Sie sie wieder ein um einen Test zu erzwingen |
| Schwierigkeiten, die Batterie einzulegen | <ul style="list-style-type: none"> Schutzkappe nicht entfernt | <ul style="list-style-type: none"> → Entfernen Sie die Schutzkappe |
| Das Gerät startet nach dem Einsetzen einer Batterie keinen automatischen Selbsttest | <ul style="list-style-type: none"> Batteriekontakte sind verschmutzt Batterie ist leer | <ul style="list-style-type: none"> → Batteriekontakte mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch reinigen → Neue Batterie verwenden |

6.5.3 Massnahmen zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen



"Nicht ionisierende elektromagnetische Strahlen"

Der Anwender kann elektromagnetische Störungen reduzieren, indem er die empfohlenen Mindestabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Fernmeldeeinrichtungen (Sendern) und dem **FRED PA-1®** beachtet. Der einzuhaltende Abstand hängt von der Ausgangsleistung des jeweiligen Fernmeldegeräts ab, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht.

| HF-Quelle | Sendefrequenz [MHz] | Leistung P [W] | Abstand d [m] |
|---|---------------------|----------------|---------------|
| Funktelefon (Microcellular) CT1+, CT2,CT3 | 885-887 | 0.010 | 0.23 |
| Schnurlose DECT-Telefon, WLAN, UMTS-Handy | 1880-2500 | 0.25 | 1.17 |
| Mobiltelefon, Handy USA | 850/1900 | 0.6 | 1.8 |
| Mobiltelefon | | | |
| - GSM900, | 900 | 2 | 3.3 |
| - GSM850, NMT900, DCS 1800 | 850,900,1800 | 1 | 2.3 |
| Walkie-talkie (Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr, Wartung) | 81-470 | 5 | 2.6 |
| Mobilfunkanlage (Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr) | 81-470 | 100 | 11.7 |
| RFID (aktive und passive Transponder und Lesegeräte) | 433 865-868 | 0.5 | 0.85 1.62 |



Aus der Tabelle kann man generell ableiten, dass **tragbare** HF-Fernmeldeeinrichtungen nicht näher als 3 Meter vom Gerät einschliesslich den Kabeln verwendet werden dürfen.



▲ Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass keine Störungen auftreten. Falls der **FRED PA-1®** Interferenzen auslöst, kann dies durch Ein-/Ausschalten des Gerätes vermieden werden.

Weitere Massnahme zur Behebung von elektromagnetischen Störungen:

Der Benutzer kann gegen solche Störungen die folgenden Massnahmen ergreifen:

- Abstand zur Störquelle vergrössern.
- Gerät drehen und somit den Winkel der Strahlung verändern.
- Nur Original-Zubehör verwenden (insbesondere Defibrillationselektroden)
- Das Gerät sollte nicht direkt neben oder gestapelt mit anderen Geräten verwendet werden.



Detailliertere Ausführungen finden Sie auf Seite 56.

7 Technische Daten



Falls nicht anders angegeben, gelten alle Spezifikationen für eine Temperatur von 25°C.

7.1 Systemdaten

| | |
|--|---|
| Hersteller | SCHILLER MEDICAL |
| Gerätename | FRED PA-1® |
| Abmessungen | 310 x 255 x 100 mm (H x B x T) |
| Gewicht | Ca. 2,5 kg inkl. Batterie und Standard-Zubehör |
| Schutzklasse des Gehäuses | IP55 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser) |
| Aufgezeichnete Daten | Aufzeichnung des EKG-Signals (2 Stunden) Technische Ereignisse (500 Ereignisse) |
| Stromversorgung | Stromversorgung, geeignet für Dauerbetrieb mit periodischem Laden |
| Batterie-Typ | Lithium/MnO ₂ 15 V, 2,8 Ah |
| Lebensdauer der Batterie | <ul style="list-style-type: none">• mehr als 140 Schocks mit maximaler Energie, falls das Gerät in optimalen Temperaturbedingungen (zwischen 15 und 25 °C) gelagert/eingesetzt wird.• Mehrere Jahre in Standbymodus (die Standby-Dauer gemäss der in Labortests bei 25° C erzielten Daten: 6 Jahre mit wöchentlichen Selbsttests) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Gerät | |
| Betrieb | <ul style="list-style-type: none">• -5...40 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 0 bis 95 % (keine Kondensation)• -5...40 °C mit eingesetzter Batterie inkl. Elektroden bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 0 bis 95 % (keine Kondensation) aber mit einer reduzierten Lebensdauer der Batterie; optimal 15...25 °C zur Gewährleistung einer maximalen Lebensdauer der Batterie. |
| Lagerung vor dem Einsatz | <ul style="list-style-type: none">• Luftdruck 700...1060 hPa• -20 ... 50 °C bei einer relativen Feuchte von 0 bis 95% (keine Kondensation)• Luftdruck 500 bis 1060 hPa |
| Lagerung und Transport | |
| Batterie und Elektroden | |
| Lager- und Transporttemperatur Batterie LiMnO ₂ | <ul style="list-style-type: none">• 5 ... 35°C (max. 48 Stunden zwischen -20...5°C und zwischen 35°...60°C) |
| Lager- und Transporttemperatur Elektroden | <ul style="list-style-type: none">• 0 ... 50°C (max. 10 Tage zwischen -40...0°C und zwischen 50°...75°C) |

7.2 Klassifizierung und Sicherheitsstandard


Normen

Der **FRED PA-1**[®] entspricht den Anforderungen der Norm EN 60601-2-4.
Gemäss der Norm EN 60601-2-4 ist der **FRED PA-1**[®] ein Gerät für den seltenen Gebrauch.

EMV

Siehe [7 Technische Daten](#).

Übereinstimmung

- **FRED PA-1**[®] trägt die Markierung  0459 (benannte Stelle LNE/G-MED), welche die Übereinstimmung mit den Vorschriften der Richtlinie des Rates 93/42/EWG (geändert durch die Richtlinie des Rates 2007/47/EWG) über Medizinprodukte anzeigt, und erfüllt die wesentlichen Anforderungen aus Anhang I dieser Richtlinie.
- **FRED PA-1**[®] ist ein Gerät der Klasse IIb.

Schutz des Patienten

BF-Typ, defibrillationsfest.

Explosionsschutz

FRED PA-1[®] ist **nicht** geeignet für die Anwendung in Gegenwart von brennbaren Gemischen von Anästhesiemitteln mit Luft oder Sauerstoff.




Das bei SCHILLER angewandte Qualitätssicherungssystem entspricht den internationalen Normen ISO 9001 und ISO 13485.

7.3 Defibrillationsimpuls

Form

- BTE-Kurvenform (biphasic truncated exponential = BTE)
- Hält die an den Patienten abgegebene Energie hinsichtlich des Patientenwiderstands auf einem nahezu konstanten Niveau.



Standard-Energieeinstellungen

Genauigkeit bei 50Ω: ± 3 J oder ± 15 % (angenommen wird der höhere Wert)

Die Serviceabteilung von SCHILLER kann die standardmässigen Energieniveaus auf folgende Werte einstellen:
70 – 90 – 120 – 150 – 200 J (Erwachsene)
30 – 50 – 70 J (Kinder)
(automatische Anpassung bei Anschluss von Kinderelektroden)

Dauer des Zyklus: Rhythmusanalyse bis Bereitschaft zur Schockabgabe (im halbautomatischen Betrieb)

(Höchstdauer zwischen Start der Analyse und Bereitschaft zur Schockabgabe im halbautomatischen Betrieb)

Bei voller Batterie:

< 20 Sekunden

Nach 15 Schockabgaben mit maximaler Energie:

< 20 Sekunden


Patientenimpedanz, die das Abgeben eines Schocks ermöglicht

25 bis 250 Ω (Impedanz wird kompensiert bis zu 200 Ω)

Anzeige Schockbereitschaft

Die orange Taste  leuchtet

Schockabgabe

- Mit der orangen Taste  (im halbautomatischen Betrieb)
- Mittels der Einweg-Elektroden, die am Patienten in der Position vorne/seitlich vorne oder entlang der anterior-posterior Achse angebracht werden

Sicherheitsentladung wenn:

- ein nicht schockwürdiger Rhythmus erkannt wird,
- der Schock nicht innerhalb von 20 Sekunden nach dem Laden abgegeben wird,
- ein die Elektroden betreffendes Problem erkannt wurde,
- die Batteriespannung ungenügend ist,
- das Gerät defekt ist,
- das Gerät ausgeschaltet wird.

**Anschluss für Defibrillations-
elektroden**

BF-Typ

Defibrillationselektroden

Elektrodenkabel, 2 m lang

Elektroden für Erwachsene und
Kinder

- 80 cm² aktive Fläche

7.3.1 Shock Advisory System

Das Testvalidierungsset des Shock Advisory System (SAS) besteht aus 17'803 EKG-Kurven der PhysioNet-Datenbank. Diese Aufzeichnungen (MIT-VFDB) sind eine Untergruppe der allgemeinen PhysioNet-Datenbank, die als Standard für EKG-Tests anerkannt ist. Die PhysioNet-Datenbank enthält Holter-EKG-Aufzeichnungen mit voller diagnostischer Bandbreite [0,05 - 125] Hz. Die Bandbreite der Geräte, welche die Signale aufgezeichnet haben, ist zwar grösser als diejenige des **FRED PA-1®**, wenn jedoch die analogen Signale der Datenbank via Elektrodenanschluss auf dem PA-1 laufen, werden die Signalverarbeitungscharakteristiken des PA-1 angewendet. Zudem sind die Signale lang genug damit das Erkennungssystem eine Entscheidung treffen kann.

Das Testvalidierungsset, mit welchem die Einhaltung der AHA-Anforderungen [2] und der IEC-Norm [3] geprüft wird, wird unabhängig davon auch dazu verwendet, die Rhythmuserkennung weiterzuentwickeln.

Das SAS-Validierungsset enthält die folgenden EKG-Signale (siehe Tabelle 1):

- Grobes Kammerflimmern (KF) (Amplitude > 200 µV Spitze zu Spitze)
- Defibrillationswürdige Kammertachykardie (VT hi) (HF > 150 /min, Häufung über mehr als 8s)
- Asystolie (Amplitude ≤ 100 µV Spitze zu Spitze)
- Normaler Sinusrhythmus (NSR) (PQRS-T-Wellen sichtbar, HF 40-100 /min)
- Weitere organisierte Rhythmen (N) (alle ausser derjenigen Rhythmen, die für die anderen Kategorien aufgelistet sind)

Für jedes Testsignal wird basierend auf der Expertenmeinung und der SAS-Entscheidung (Schock/kein Schock) eine Interpretationstabelle erstellt mit den Angaben zu echt positiv (korrekte Klassifizierung eines defibrillationswürdigen Rhythmus), echt negativ (korrekte Klassifizierung eines nicht defibrillationswürdigen Rhythmus), falsch positiv (nicht defibrillationswürdiger Rhythmus fälschlicherweise als defibrillationswürdiger Rhythmus klassifiziert), falsch negativ (defibrillationswürdiger Rhythmus fälschlicherweise als nicht defibrillationswürdig klassifiziert). Schliesslich werden die Ergebnisse der Rhythmuserkennung wie folgt aufgelistet: Spezifität-Sp (TN/(TN+FP)), positiver Vorhersagewert (TP/(TP + FP)), Sensitivität-Se (TP/(FN + TP)), Falsch-Positiv-Rate (FP/(FP + TN)).

Tabelle 1: die SAS-Leistung des FRED PA-1 nach Rhythmuskategorie entspricht den AHA-Empfehlungen [2] und IEC-Vorgaben [3] für Defibrillation von Erwachsenen bei artefakt-freien MIT-VFDB-Signalen:

| Rhythmen | Testmuster | Zielvorgaben | Beobachtete Leistungsmerkmale |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| Defibrillationswürdig | Grobes KF | 308 | Sensitivität 90 % |
| | KT hi | 202 | Spezifität > 75 % |
| Nicht defibrillationswürdig | NSR | 1023 | Sensitivität 99 % |
| | Asystolie | 4798 | Sensitivität 95 % |
| | Weitere Rhythmen | 1425 | Sensitivität 95 % |
| Total nicht defib.würdig | 7246 | Sensitivität 95 % | > Entspricht [2-3] |

[1]: The MIT-BIH Malignant Ventricular Arrhythmia Database

<http://physionet.org/physiobank/database/vfdb/>

[2]: Automatic External Defibrillators for Public Access Defibrillation : Recommendations for Specifying and Reporting Arrhythmia Analysis Algorithm Performance, Incorporating New Waveforms and Enhancing Safety ; Circulation, 1997 ; 95 :1677-1682.

[3]: Standard IEC 2010 60601-2-4, ed 3.

Der FRED PA-1 SAS-Test wurde mit einer Validierungs-Datenbank durchgeführt, welche 2475 Datensätze enthielt mit je einem EKG und einem transthorakalen Impedanzkardiogramm von Fällen von Herzstillständen ausserhalb des Krankenhauses; die Daten wurden mit automatisierten externen Defibrillatoren (FRED easy, Schiller Médical SAS, Frankreich) der Pariser Feuerwehr aufgezeichnet.

Dieser zusätzliche Test vervollständigt die SAS-Validierung und erzielt die in Tabelle 1 zusammengefassten Ergebnisse. Die Validierungsergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

7.4 Elektromagnetische Störungen


Der **FRED PA-1**[®] ist für die Verwendung in den angegebenen elektromagnetischen Umgebungen vorgesehen. Der Anwender des **FRED PA-1**[®] muss sicherstellen, dass das Gerät in einer solchen Umgebung eingesetzt wird.

7.4.1 Elektromagnetische Emissionen

| Emissionstest | Einhaltung der Bestimmungen | Elektromagnetische Umgebung - Erklärungen |
|--|-----------------------------|---|
| HF-Emissionen CISPR 11 | Gruppe 1 | Der FRED PA-1 [®] verwendet HF-Energie nur für interne Funktionen. Daher sind die HF-Emissionen sehr niedrig, und es ist nicht wahrscheinlich, dass es zu Störungen von elektronischen Geräten kommt, die sich in der Nähe befinden. |
| HF-Emissionen CISPR 11 | Klasse B | Der FRED PA-1 [®] ist für den Einsatz in allen Einrichtungen einschliesslich denen im Wohnbereich und solchen geeignet, die unmittelbar an ein öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen sind, das auch Gebäude versorgt, die zu Wohnzwecken benutzt werden. |
| Oberwellen IEC 61000-3-2 | Nicht anwendbar | |
| Spannungsschwankungen IEC 61000-3-3 | Nicht anwendbar | |

7.4.2 Elektromagnetische Störfestigkeit

| Störfestigkeitsprüfung | IEC 60601-Teststufe | Konformitätsstufe | Elektromagnetische Umgebung - Erklärungen |
|---|---|----------------------------|--|
| Elektrostatische Entladung IEC 61000-4-2 | ± 8 kV Kontakt ± 15 kV Luft | IEC 60601-1 Konformität | Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikplatten bestehen. Bei Abdeckung der Böden mit Kunststoffmaterial, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen. |
| Elektrische schnelle Störimpulse (Burststörung) IEC 61000-4-4 | ± 2 kV für Stromleitungen ± 1 kV für ein-/ausgehende Leitungen | Nicht anwendbar | Gerät ist nicht ans Stromnetz angeschlossen |
| Überspannung IEC 61000-4-5 | ± 1 kV Leiter-Leiter ± 2 kV Leiter-Erde | Nicht anwendbar | Gerät ist nicht ans Stromnetz angeschlossen |
| Spannungseinbruch, kurze Ausfälle und Spannungsschwankungen an Stromleitungen IEC 61000-4-11 | < 5 % U_T (> 95 % Einbruch in U_T) für 0,5 Zyklus 40 % U_T (60 % Einbruch in U_T) für 5 Zyklen 70 % U_T (30 % Einbruch in U_T) für 25 Zyklen < 5 % U_T (> 95 % dip in U_T) für 5 s | Nicht anwendbar | Gerät ist nicht ans Stromnetz angeschlossen |
| Netzfrequenz (50/60 Hz) Magnetfeld IEC 61000-4-8 | 3 A/m | IEC 60601-1 Konformität | Netzfrequenz-Magnetfelder sollten den standardmässigen Werten einer typischen Umgebung, z.B. in einem kommerziellen Umfeld oder Krankenhaus, entsprechen. |
| Bemerkung: U_T ist die Wechselstrom-Spannung des Stromnetzes vor Anwendung der Teststufe. | | | |

| Störfestigkeitsprüfung | IEC 60601-Teststufe | Konformitätsstufe | Elektromagnetische Umgebung - Erklärungen |
|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | <p>Empfohlene Abstände Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte sollten nicht näher als der empfohlene Abstand, der auf Grund der Frequenz des Senders berechnet wird, an die einzelnen Bestandteile von FRED PA-1® gebracht werden, inkl. Kabel.</p> |
| Leitungsgeführte HF IEC 61000-4-6 | 3 Veff von 150 kHz bis 80 MHz ausserhalb von ISM-Frequenzbändern ^a 10 Veff von 150 kHz bis 80 MHz in ISM-Frequenzbändern ^a | Nicht anwendbar Nicht anwendbar | Gerät ist nicht ans Stromnetz angeschlossen |
| Abgestrahlte HF IEC 61000-4-3 | 10 V/m von 80 MHz bis 2,5 GHz | 10 V/m | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> $d = \frac{12}{10} \times \sqrt{P}$ </div> von 80 MHz bis 800 MHz <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> $d = \frac{23}{10} \times \sqrt{P}$ </div> von 800 MHz bis 2,5 GHz wobei P der maximalen Ausgangsnetzleistung des Senders in Watt (W) entspricht, je nach Hersteller, und d den empfohlenen Abstand in Metern (m) ^b bezeichnet. Die Feldstärke stationärer Funksender sollte bei allen Frequenzen gemäss einer Untersuchung vor Ort ^c geringer als der Übereinstimmungspegel ^d sein. Betrieb des Geräts in der Nähe von mit dem Symbol "ionisierende Strahlung" markierten Geräten kann es zu Störungen kommen.  |

Bemerkung 1 Für 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.
 Bemerkung 2 Diese Richtlinien sind möglicherweise nicht auf alle Situationen anwendbar. Elektromagnetische Ausbreitungsvorgänge werden durch Absorbierung und Reflexion von Strukturen, Objekten und Menschen beeinflusst.

- a. Die ISM-Frequenzbänder (ISM = industrial, scientific, medical) zwischen 150 kHz und 80 MHz sind 6.765 MHz bis 6.795 MHz ; 13.553 MHz bis 13.567 MHz ; 26.957 MHz bis 27.283 MHz ; und 40.66 MHz bis 40.70 MHz.
- b. Die Konformitätsstufen in den ISM-Frequenzbändern zwischen 150 kHz und 80 MHz und von 80 MHz bis 2.5 GHz dienen dazu, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass mobile/tragbare Kommunikationsgeräte eine Interferenz verursachen, sollten sie aus Versehen in den Patientenbereich gelangen. Deshalb wurden die Formeln zur Berechnung eines angemessenen Abstands um den Faktor 10/3 erweitert, was Sendegeräte in diesen Frequenzbereichen betrifft.
- c. Die Feldstärken von stationären Sendegeräten, z.B. Basisstationen für Funktelefone (mobil oder schnurlos) und tragbare Funkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Radios und TV-Signalen können auf theoretische Art und Weise nicht genau vorhergesagt werden. Um durch fixierte HF-Sendegeräte verursachte elektromagnetische Umgebungen zu analysieren, sollte eine elektromagnetische Standortanalyse in Betracht gezogen werden. Sollte die gemessene Feldstärke über der HF-Konformitätsstufe liegen, ist zu prüfen, ob **FRED PA-1®** in diesem Umfeld ordnungsgemäss eingesetzt werden soll. Wenn dabei eine abnormale Funktion detektiert wird, sind zusätzliche Massnahmen zu treffen, z.B. Neuausrichtung oder Standortänderung von **FRED PA-1®**.
- d. Über den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz muss die Feldstärke geringer als 3 V/m sein.

Art.-Nr.: 0-48-0241 Ver.: c

7.4.3 Empfohlene Abstände

FRED PA-1® ist für die Verwendung in elektromagnetischen Umgebungen gedacht, in denen es möglich ist, die abgesendeten HF-Störungen zu kontrollieren. Der Kunde bzw. Benutzer von **FRED PA-1®** kann elektromagnetische Störungen vermeiden, indem er sicherstellt, dass stets ein Mindestabstand zwischen tragbaren bzw. mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendegeräten) und **FRED PA-1®** gewahrt wird. Die empfohlenen Mindestabstände je nach maximaler Ausgangsnetzleistung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

| Maximale Ausgangsnetzleistung des Senders (W) | Abstände je nach Frequenz des Senders (m) | | | |
|---|--|---|---|--|
| | $d = \frac{3,5}{3} \times \sqrt{P}$ von 150 kHz bis 80 MHz ausserhalb ISM-Bandfrequenzen | $d = \frac{12}{10} \times \sqrt{P}$ von 150 kHz bis 80 MHz innerhalb von ISM-Bandfrequenzen | $d = \frac{12}{10} \times \sqrt{P}$ von 80 MHz bis 800 MHz | $d = \frac{23}{10} \times \sqrt{P}$ von 800 MHz bis 2,5 GHz |
| 0,01 | Nicht anwendbar | Nicht anwendbar | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | | | 0,38 | 0,73 |
| 1 | | | 1,2 | 2,3 |
| 10 | | | 3,79 | 7,27 |
| 100 | | | 12 | 23 |

Für Sendegeräte mit maximaler Ausgangsleistung, die nicht in obiger Tabelle aufgeführt ist, kann der empfohlenen Mindestabstand d in Meter (m) durch Anwendung einer der Frequenz des Sendegeräts entsprechenden Formel errechnet werden, wobei P der maximalen Ausgangsnetzleistung des Sendegeräts in Watt (W) laut Herstellerangaben entspricht.

Bemerkung 1 Für 80 MHz und 800 MHz gilt der Abstand für den höheren Frequenzbereich.

Bemerkung 2 Die ISM-Bänder (industrial, scientific and medical) zwischen 150 kHz und 80 MHz sind 6,765 MHz bis 6,795 MHz; 13,553 MHz bis 13,567 MHz; 26,957 MHz bis 27,283 MHz; und 40,66 MHz bis 40,70 MHz.

Bemerkung 3 Die Formeln zur Berechnung eines angemessenen Abstands wurden um den Faktor 10/3 erweitert, was Sendegeräte in den Frequenzbändern zwischen 150 kHz und 80 MHz und zwischen 80 MHz und 2,5 GHz betrifft, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass mobile/tragbare Kommunikationsgeräte eine Interferenz verursachen, sollten sie aus Versehen in den Patientenbereich gelangen.

Bemerkung 4 Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht für alle Situationen. Elektromagnetische Ausbreitungsvorgänge werden durch Absorbierung und Reflexion von Strukturen, Objekten und Menschen beeinflusst.

7.5 Literatur

| | |
|--|---|
| European Resuscitation Council (2015) | Guidelines 2015 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care |
| American Heart Association (2015) | Guidelines 2015 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care |

7.6 Glossar

| | |
|-------------|--|
| ABCD | Das primäre ABCD A = Airways (Atemwege überprüfen) B = Breathing (Beatmung) C = Circulation (Kreislaufzeichen oder Herzmassage) D = Defibrillation |
| AED | Automatisierter externer Defibrillator. Dieser Begriff wird auch für halb-automatisierte Defibrillatoren verwendet |
| BLS | Basic Life Support (Beatmung und Herzmassage) HLW wird häufig als Synonym verwendet |
| HLW | Herz-Lungen-Wiederbelebung |
| KT | Kammertachykardie |
| KF | Kammerflimmern |

7.7 Inspektionsprotokoll



Vor der Inspektion muss die Gebrauchsanweisung gelesen worden sein.

Seriennummer des Geräts: _____

| Kontrollen - Nach jeder Anwendung | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| → Prüfen Sie, dass die grüne LED blinkt und alle anderen LEDs aus sind (siehe 6.1.4 Status-LED) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| → Optische Prüfung des Gerätes und des Zubehörs | | | | | |
| → Gerätegehäuse nicht beschädigt? | | | | | |
| → Keine zu starke Verschmutzung oder Beschädigung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| → Lesbarkeit des Typenschildes auf der Geräterückseite? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| → Lesbarkeit der Beschriftung auf der Gehäusevorderseite? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| → Ablaufdatum des Zubehörs verstrichen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Datum: | | | | | |
| Durchgeführt von: | | | | | |

| Kontrollen - Wöchentlich/Monatlich | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Optische Prüfung des Gerätes und des Zubehörs (siehe vorherige Tabelle) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Die grüne Status-LED  leuchtet und keine anderen LEDs blinken, siehe 6.1.4 Status-LED  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Datum: | | | | | |
| Durchgeführt von: | | | | | |

| Kontrollen - Alle 3 Jahre | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Optische Prüfung des Gerätes und des Zubehörs (siehe vorherige Tabelle) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Funktionsprüfung | | | | | |
| → Überprüfen Sie, dass das Gerät korrekt funktioniert (siehe 6.1.4 Status-LED) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| → Messen Sie die bei 50 Ohm abgegebene Energie. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Datum: | | | | | |
| Durchgeführt von: | | | | | |

| Ersetzen - Alle 6 Jahre | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Austausch der internen Backup-Batterie. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Datum: | | | | | |
| Durchgeführt von: | | | | | |

Im Fall eines Problems benachrichtigen Sie bitte die biomedizinische Abteilung , oder den Vertreter von SCHILLER , oder den für Sie zuständigen Kundendienst :

Kontaktperson:

Tel.:

8 Index

A

| | |
|------------------------------|----|
| Anhang | |
| Bestellinformationen | 58 |
| Erforderliches Zubehör | 44 |
| Glossar | 59 |
| Inspektionsprotokoll | 60 |
| Literatur | 59 |
| Aufbau | 15 |

B

| | |
|---------------------------------------|----|
| Batterie | |
| Ausreichender Batterieladestand | 23 |
| Batterie leer | 24 |
| Batterieladestand niedrig | 23 |
| Einsetzen der Batterie | 20 |
| Entsorgung Batterie | 45 |
| Bedienelemente und Indikatoren | |
| Bildschirm | 18 |
| Bioverträglichkeit | 14 |

D

| | |
|--|----|
| Defibrillation | |
| Automatische Defibrillation | 34 |
| Beenden der Therapie | 37 |
| Halbautomatische Defibrillation | 32 |
| Interne Sicherheitsentladung | 37 |
| Richtlinien bezüglich der Anwendung des Defibrillators | 26 |
| Desinfektion | 43 |

E

| | |
|--|-------|
| Einstellbare Parameter | |
| Energieniveaus | 16 |
| Elektroden | |
| Elektroden für Erwachsene und Kinder | 29 |
| Elektrodenverpackung öffnen | 28 |
| Überprüfung der Elektroden | 31 |
| Elektroschockgefahr! | 8 |
| Entsorgung | |
| Am Ende der Nutzungsdauer | 45 |
| Batterie | 45 |
| Zubehörs mit Patientenkontakt | 45 |
| Explosionsgefahr | 8, 20 |

F

| | |
|----------------------|----|
| Fehlerbehebung | 46 |
| Funktion | 17 |

G

| | |
|----------------------------|----|
| Garantiebestimmungen | 10 |
|----------------------------|----|

R

| | |
|-----------------|----|
| Reinigung | 43 |
|-----------------|----|

S

| | |
|------------------------------------|----|
| Selbsttest | 19 |
| Sicherheitshinweise | 7 |
| Symbole | |
| am Gerät | 11 |
| auf dem Bildschirm | 12 |
| auf der Batterie | 12 |
| auf der Elektrodenverpackung | 13 |
| im Handbuch | 11 |

T

| | |
|-----------------------------|----|
| Technische Daten | |
| Abmessungen | 50 |
| Defibrillationsimpuls | 52 |
| Energieniveaus | 52 |
| Gewicht | 50 |
| Normen | 51 |
| Patientenimpedanz | 52 |
| Schutz des Patienten | 51 |
| Schutzklasse | 50 |
| Stromversorgung | 50 |
| Umgebungsbedingungen | 50 |

W

| | |
|--------------------------|----|
| Wartung | |
| Backup-Batterie | 43 |
| Optische Prüfung | 41 |
| Test | 42 |
| Wartungsintervalle | 39 |

Z

| | |
|---------------|----|
| Zubehör | 44 |
|---------------|----|

